

四川省食品药品监督管理局 公告

2018年 第2号

2017年度四川省医疗器械质量监督抽检质量公告

为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,四川省食品药品监督管理局根据国家总局《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》(食药监械监〔2013〕212号)《四川省2017年度医疗器械质量监督抽检实施方案》(川食药监办〔2017〕94号),组织对医用缝合材料类、避孕器械类、临床检验试剂盒类、输液器具类和医用电气设备类共五大类862批医疗器械开展质量监督抽检。现将质量监督抽检结果予以公告。

请各有关市（州）食品药品监督管理局依法对质量公告中不合格医疗器械及相关单位进行查处，并将查处结果及时上报省局医疗器械监管处及四川省食品药品稽查总队。

- 附件：1.医疗器械抽检符合标准规定产品名单
2.医疗器械抽检不符合标准规定产品名单



附件 1

医疗器械抽检符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
一次性使用袋式输液器（带针）（108 批）							
1	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	乐至县本草堂医药物流有限公司	生产批号：批 170102 生产日期:20170102	250ml-0.7×25mm TW LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川省安岳县仁华药业有限公司	生产批号：批 170102 生产日期:20170102	250ml-0.55×19mm RW LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	自贡市第四人民医院	生产批号：批 170101 生产日期:20170101	DS1-1-300G 0.7×25 TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省华纬医药有限公司	生产批号：批 170323 生产日期:170323	DS-A1-J250 0.7×25	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	江安县人民医院	生产批号：批 170302 生产日期:20170302	DS-A1-J250 0.7×25	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	兴文县人民医院	生产批号：170216 生产日期:17年2月16日	SD1bG-250-YT 0.7×25TWLB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省高洲药业有限责任公司	生产批号：批 170308 生产日期:170308	DS-A1-J250 0.6×25	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	陈利兵诊所	生产批号：批 160912 生产日期:160912	YD1-250 0.55×20TWSB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	生产批号：批 170328 生产日期:170328	DS-A1-J250 0.7×25	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	营山本草堂药业有限公司	生产批号：批 170303 生产日期:170303	DS-A1-J250 0.7×25	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	四川天浩宇贸易有限公司	生产批号：批 161222 生产日期:16年12月22日	SD1b-250-YT 输液针规格：0.7×25 TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
12	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	仪陇县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 批 161010 生产日期:161010	YD1-250 0.7×25TWSB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	南充九州通医药有限公司	生产批号: 批 160421 生产日期:20160421	DS1-1-250 0.55×20	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	仪陇德庆医院	生产批号: 批 161021 生产日期:20161021	DS1-1-250G 0.7×25	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用袋式输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	西昌市安宁中心卫生院	生产批号: 批 20160713 生产日期:20160713	B3 250ml	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	西昌市礼州中心卫生院	生产批号: 161223 生产日期:161223	YD3-250 0.7×25TWSB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸州市江阳区黄舣镇卫生院	生产批号: 批 170211 生产日期:20170211	DS1-1-250G 0.7×25	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	泸州市龙马潭区鱼塘镇卫生院	生产批号: 批 161008 生产日期:2016-10-08	250ml-0.7×25mmTWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用袋式输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	合江县人民医院	生产批号: 批 20170301 02	250ml 0.7mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用袋式输液器 带针	湖南平安医械科技有限公司	四川省古蔺县康兴医药营销有限责任公司	生产批号: 161218	YD1-250 静脉输液针规格: 0.55×19RWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川永同药业有限责任公司	生产批号: 批 160802 生产日期:2016年08月02日	DS-A1-J250 0.7×25	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市锦江区书院街社区卫生服务中心	生产批号: 批 170326 生产日期:20170326	DS1-1-250G 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市第二人民医院	生产批号: 161119 生产日期:16年11月19日	SD1bG-250 输液针规格: 0.7×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市第二人民医院	生产批号: 170301 生产日期:17年3月1日	SJ1bG-250 输液针规格: 0.7×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川安岳贝尔康医药有限公司	生产批号: 批 170302 生产日期:20170302	250ml-0.6×25mm TWLB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
26	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	资阳市雁江区中医医院	生产批号: 批170118 生产日期:2017年01月18日	DS-A3-J250 0.7×25	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	四川金池药业有限公司	生产批号: 170330 生产日期:17年3月30日	SD1-250 输液针规格: 0.7×25TWLB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	甘孜藏族自治州皮肤病防治院	生产批号: 批161126 生产日期:20161126	DS1-1-250G 0.55×20	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅江县人民医院	生产批号: 批161121 生产日期:20161121	DS1-1-250G 0.7×25	雅江县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	成都玛丽亚天府妇产儿童医院	生产批号: 批151128	DS-A1-J250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都天府新区慈旭诊所(普通合伙)	生产批号: 批161101 生产日期:20161101	DS1-1-250G 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	一次性袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市天府新区正兴卫生院	生产批号: 161010 生产日期:16年10月10日	SD1b-250 输液针规格: 0.7×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	金川县人民医院	生产批号: 批161221 生产日期:20161221	DS1-1-250G 0.7×25	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	小金县人民医院	生产批号: 批170101 生产日期:20170101	DS1-1S-250 0.7×25	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	威远县新店中心卫生院	生产批号: 批161130 生产日期:20161130	250ml-0.55×19mm RWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	威远和协医院	生产批号: 批170206 生产日期:20170206	DS1-1-250G 0.7×25	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	内江市市中区凌家中心卫生院	生产批号: 批161011 生产日期:20161011	DS1-1-250G 0.7×25	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	内江市市中区永安镇卫生院	生产批号: 批170101 生产日期:20170101	DS1-1-250G 0.7×25	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	内江缘到医院	生产批号: 批161106 生产日期:20161106	DS1-1-250G 0.7×25	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
40	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	渠县仁和医院	生产批号: 批 170206 生产日期:20170206	DS1-1-250G 0.7×25	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用袋式输液器 带针	湖南平安医械科技有限公司	宣汉县同济医院	生产批号: 160718 生产日期:160718	YD1-250 0.7×24TWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	万源市中心医院	生产批号: 160125 生产日期:16年1月25日	SD1b-250 0.55×20TWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川宁峰药业有限公司	生产批号: 批 160806 生产日期:20160806	DS1-1-250G 0.55×20 TWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	一次性使用袋式输液器 带针	湖南平安医械科技有限公司	开江康复医院	生产批号: 批 170121 生产日期:170102	YD1-250 0.7×24TWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	宝兴县人民医院	生产批号: 161210 生产日期:16年12月10日	SD1G-250·YT 0.55×20TWLB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省新力成药业有限公司	生产批号: 批 170311 生产日期:170311	DS-A1-J250 0.7×25	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	一次性使用袋式输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	天全县人民医院	生产批号: 批 2017032101	250ml 0.55×17.5 RWLB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	荣经县人民医院	生产批号: 批 170316 生产日期:20170316	DS1-1-250G 0.55×20 TWLB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	石棉县中医医院	生产批号: 批 161010 生产日期:161010	YD1-250 0.7×25 TWSB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	一次性使用袋式输液器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	射洪县人民医院	生产批号: 批 170328 生产日期:170328	FV3 250ml 0.7×25TWLB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川蓬溪汇通药业有限公司	生产批号: 批 170214 生产日期:2017-02-14	250ml-0.7×25mmTWLB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	一次性使用袋式输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	遂宁市第一人民医院	生产批号: 批 20161213 生产日期:20161213	B3 250mL 配针规格: 0.7mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	大英县隆盛中心卫生院	生产批号: 批 170211 生产日期:20170211	DS2-1S-250G(自动排气型) 0.7×25	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	一次性使用袋式输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	大英君珉医院	生产批号: 批 170205 生产日期:170205	DS-A1-J250	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
55	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	丹棱县杨场镇中心卫生院	生产批号: 批 160929 生产日期:2016-09-29	250ml-0.55×19mmRWLB	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	丹棱县杨场镇中心卫生院	生产批号: 批 161216 生产日期:20161216	DS1-1-250G 0.55×20	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	仁寿县骨科医院	生产批号: 批 161016 生产日期:20161016	DS1-1-300G 0.7×25	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	仁寿县中医医院	生产批号: 批 161226 生产日期:20161226	DS1-1-250G 0.7×25 TWLB	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用袋式输液器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	仁寿县富加中心卫生院	生产批号: 批 161215 生产日期:161215	250ml FV3 配针规格: 0.7×25TWSB	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	四川双陆医疗器械有限公司	生产批号: 批 170303 生产日期:17年3月3日	SD1-250 0.7×25TWLB	眉山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170311 生产日期:20170311	DS1-1S-250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170406 生产日期:20170406	DS1-1S-250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用袋式输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170421 生产日期:20170421	DS1-1S-250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170226 生产日期:20170226	DS1-1-250G 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170506 生产日期:20170506	DS1-1S-250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170411 生产日期:20170411	DS1-1S-250 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用袋式输液器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	江油市第四人民医院	生产批号: 批 170105 生产日期:170105	输液器: 250ml FV3; 针: 0.7×25TWSB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	江油市三合镇卫生院	生产批号: 批 170301 生产日期:20170301	DS1-1-250G 0.7×25	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器械有限公司	江油市骨科医院	生产批号: 批 170209 生产日期:170209	YD1-250 0.7×25 TWSB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	游仙康耀医院	生产批号: 批 161005 生产日期:20161005	250ml-0.7×25mm TWLB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
71	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	绵阳仁爱康复医院	生产批号: 批 161116 生产日期:20161116	DS1-1-250G 0.7×25	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用袋式输液器 带针	四川品品食品有限公司	四川天和医疗器械有限公司	生产批号: 批 170410 生产日期:170410	DS-A1-J250 0.7×25 TW-LB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	自贡妇产科医院	生产批号: 批 161121 生产日期:20161121	DS1-1-250G 0.7×25	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川华芝药业有限公司	生产批号: 批 170206 生产日期:20170206	DS1-1-250G 0.7×25	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	德阳华大医院有限公司	生产批号: 160907 生产日期:16年9月7日	SD1-250 0.55×20TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	四川金天利医药贸易有限公司	生产批号: 161021 生产日期:2016年10月21日	SD1-250 输液针规格: 0.6×25TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	绵竹市齐天镇卫生院	生产批号: 批 160326 生产日期:20160326	DS1-1-250G 0.7×25	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	一次性使用袋式输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中江县人民医院	生产批号: 批 20170311 05	250ml 0.7mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	什邡市灵杰卫生院	生产批号: 批 161010 生产日期:161010	YD1-250 0.7×25TWSB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	武胜县飞龙中心卫生院 (武胜县飞龙医院)	生产批号: 批 170101 生产日期:20170101	DS1-1-250G 0.7×25	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	武胜县烈面镇中心卫生院	生产批号: 批 161121 生产日期:20161121	DS1-1S-250G 0.7×25 TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	武胜县万隆中心卫生院	生产批号: 批 170308 生产日期:20170308	250ml-0.7×25mm TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	岳池县罗渡中心卫生院	生产批号: 批 161012 生产日期:20161012	250ml-0.7×25mm TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	岳池县石垭中心卫生院	生产批号: 批 170111 生产日期:20170111	DS2-1-250G (自动排气 型) 0.7×25 TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	通江茹氏骨科医院	生产批号: 批 170106 生产日期:20170106	DS1-1-250G 0.7×25 TWLB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
86	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	通江县涪阳中心卫生院	生产批号: 批 160216 生产日期:20160216	DS1-1-250G 0.7×25	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	通江县涪阳中心卫生院	生产批号: 批 160806 生产日期:20160806	DS1-1-250G 0.55×20 TWLB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号: 批 170208 生产日期:2017-02-08	250ml 0.7×25mm TWLB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	一次性使用袋式输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	南江县人民医院	生产批号: 批 20170323 生产日期:20170323	B3 250ml 配针规格: 0.7mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心	生产批号: 批 161226 生产日期:20161226	DS1-1-250G 0.7×25 TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市龙泉驿区大面公立卫生院	生产批号: 批 170206 生产日期:20170206	DS1-1-250G 0.7×25 TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都亿佳福医疗器械有限责任公司	生产批号: 批 160321 生产日期:20160321	DS1-1S-250 0.55×20	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	一次性使用袋式输液器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	成都高新区桂溪社区卫生服务中心	生产批号: 批 160813 生产日期:160813	250mL FV15 0.7×25TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	一次性使用袋式输液器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	成都高新区桂溪社区卫生服务中心	生产批号: 批 160905 生产日期:160905	0.7×25TWSB 250mL FV3	成都市高新区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	一次性使用袋式输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	广元市中科医疗器械有限公司	生产批号: 160928 生产日期:16年9月28日	SD1b-250-YT 0.7×25TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	苍溪县第四人民医院	生产批号: 批 170226 生产日期:20170222	DS1-2-250 0.7×25	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	一次性使用袋式输液器 带针	四川康宁医用器械有限公司	苍溪县中医医院	生产批号: 批 170206 生产日期:170206	YD1-250 0.7×25 TWSB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	一次性使用袋式输液器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	旺苍县尚武镇卫生院	生产批号: 批 161025 生产日期:2016-10-25	250ml-0.7×25mm TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心	生产批号: 批 161116 生产日期:20161116	DS1-1-250G 0.7×25	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	一次性使用袋式输液器	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花市仁和区布德镇卫生院	生产批号: 批 160811 生产日期:20160811	DS1-1-250 0.7×25	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
101	一次性使用袋式输液器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	攀枝花市仁和区民政中医院	生产批号: 批 170214 生产日期:20170214	250ml-0.7×25mmTWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	一次性使用袋式输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	米易县丙谷镇中心卫生院	生产批号: 170319 生产日期:17年3月19日	SSI1G-250 输液针规格: 0.7×25TWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	一次性使用袋式输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	四川攀枝花贝尔康医药有限公司	生产批号: 160307 生产日期:16年3月7日	SD1G-250-YT 0.55×20TWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	一次性使用袋式输液器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	夹江县中医医院	生产批号: 批 161214 生产日期:20161214	250ml-0.7×25mmTWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	一次性使用袋式输液器带针	四川普瑞斯生物科技股份有限公司	四川共创医药有限公司	生产批号: 批 161126 生产日期:2016年11月26日	DS-A2-J250 0.7×25	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
106	一次性使用袋式输液器	成都新津事丰医疗器械有限公司	夹江县人民医院	生产批号: 批 160711 生产日期:20160711	DS1-1S-250G 0.55×20	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
107	一次性使用袋式输液器	成都新津事丰医疗器械有限公司	夹江县甘江镇中心卫生院	生产批号: 批 161101 生产日期:20161101	DS1-1-250G 0.7×25 TWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
108	一次性使用袋式输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	四川康宁医用器材有限公司	生产批号: 批 170223 生产日期:170223	YD1-250 0.7×25TWSB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）（63批）

1	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	四川迈克生物科技股份有限公司	宜宾市第二人民医院	生产批号: 0117001 生产日期:20170109	试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	四川迈克生物科技股份有限公司	四川迈克生物科技股份有限公司	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号: 0317021 生产日期:20170316	试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	四川迈克生物科技股份有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体)(紫外-乳酸脱氢酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	古蔺县人民医院	生产批号: 20160912 生产日期:20160928	R1 2×70ml R2 1×70ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	叙永县人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
7	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(连续监测法)	云南昊戎生物科技有限公司	泸州市纳溪区人民医院	生产批号: 20170220	R1:40ml×1 R2:20ml×1	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	上海复星长征医学科学有限公司	成都星瑞华生物技术有限公司	生产批号: D1701133 生产日期:2017.01.18	R1:4×50ml R2:2×50ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	中生北控生物科技股份有限公司	四川中生医疗器械有限责任公司	生产批号: 170741 生产日期:20170103	液体双剂型 R1:60ml×4 R2:60ml×2	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	内江市第一人民医院	生产批号: 1116081 生产日期:20161107	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	内江市市中区人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京九强生物技术股份有限公司	内江市第二人民医院	生产批号: 17-0221 生产日期:20170221	试剂 1:6×60ml 试剂 2:2×45ml	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	乐山市人民医院	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京利德曼生化股份有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 701161A 生产日期:2017.01.10	试剂 1 (R1) 5×60ml 试剂 2 (R2) 5×12ml	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	遂宁市中医院	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川沃文特生物技术有限公司	遂宁市第三人民医院	生产批号: 1611041 生产日期:20161129	试剂 1: 60ml×3 试剂 2: 45ml×1	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC推荐修正法)	上海执诚生物科技有限公司	青神县中医医院	生产批号: ZCNOVP 032 生产日期:2016-11-25	6×67/6×17ML	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体)(紫外-乳酸脱氢酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	青神县人民医院	生产批号: 20161211 生产日期:20161202	R1:160ml R2:80ml	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法)	重庆中元生物技术有限公司	青神县妇幼保健院	生产批号: Z170201 生产日期:2017年2月14日	R1:48ml×2 R2:12ml×2	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	长春迪瑞医疗科技股份有限公司	大竹县中医院	生产批号: 20170216 生产日期:20170216	R1:4×50ml R2:1×50ml	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川新健康成生物股份有限公司	达州职业技术学院附属医院	生产批号: 0217011 生产日期:20170221	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	达州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
22	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法)	宁波美康生物科技股份有限公司	绵阳市安州区人民医院	生产批号: 16112302 生产日期:20161123	200ml(试剂1:2×65ml 试剂2:1×70ml) 校准品 1×1ml	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	绵阳美年大健康体检门诊部	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	福建片仔癀诊断技术有限公司	四川麦迪凯医疗器械有限责任公司	生产批号 170315-0170A 生产日期:20170315	R1:5×60ml R2:5×12ml	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体)(紫外-乳酸脱氢酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	四川科华执诚生物科技有限公司	生产批号: 20170122 生产日期:20170111	R1 140ml R2 70ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	吉林基蛋生物科技有限公司	四川森茂医药有限公司	生产批号: 20170316 生产日期:20170316	R1:1×40ml R2:1×20ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体)(紫外—乳酸脱氢酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	通江县中医医院	生产批号: 2016122R 生产日期:20161202	R1:140ml R2:70ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法)	重庆中元生物技术有限公司	雅安市名山区人民医院	生产批号: Z170201 生产日期:2017年02月14日	R1: 48ml×2 R2:12ml×2	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	上海复星长征医学科学有限公司	荣经县人民医院	生产批号: D1610133 生产日期:2016.10.27	R1: 4×50ml R2: 2×50ml	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法)	宁波美康生物科技股份有限公司	汉源县中医医院	生产批号: 17011802 生产日期:20170118	200ml(试剂 1: 2×65ml + 试剂 2:1×70ml)	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	丙氨酸氨基转移酶诊断试剂盒(IFCC 速率法)	永和阳光(湖南)生物科技有限公司	德阳市旌阳区中医院	生产批号: ALT 161101 生产日期:2016.11.22	试剂 1: 60ml×6 试剂 2: 12ml×6	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法)	重庆中元生物技术有限公司	德阳安医医疗器械有限公司	生产批号: Z170302 生产日期:2017年03月17日	R1: 48ml×2 R2: 12ml×2	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川沃文特生物技术有限公司	德阳市妇幼保健院(德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心)	生产批号: 1611041 生产日期:20161129	R1 60ml×3 R2 45ml×1	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川沃文特生物技术有限公司	广安市广安区人民医院	生产批号: 1703011 生产日期:20170324	R1: 60ml×3 R2: 45ml×3	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	广安市人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
36	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川新健康成生物股份有限公司	巴中骨科医院	生产批号: 0217011 生产日期:20170221	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京九强生物技术股份有限公司	核工业四一六医院	生产批号: 16-1212 生产日期:20161212	2700 测试/盒 试剂 1:6×60ml、 试剂 2:2×45ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法)	美康生物科技有限公司	四川恒建生物科技有限公司	生产批号: 17022801 生产日期:20170325	200ml(试剂 1: 2×65ml+ 试剂 2: 1×70ml)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	四川省迈克实业有限公司	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	攀钢集团总医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	中生北控生物科技股份有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号: 170741 生产日期:20170103	液体双剂型 R1:60ml×4,R2:60ml×2	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC速率法)	武汉市长立生物技术有限责任公司	攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院	生产批号: 17010601 生产日期:20170314	R1:60ml×4(液体),R2:20ml×3(液体)	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	丙氨酸氨基转移酶诊断试剂盒(IFCC速率法)	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	西昌市佑君中心卫生院	生产批号: ALT 170402 生产日期:2017.04.25	试剂 1: 60ml×6 试剂 2: 12ml×6	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC推荐修正法)	上海执诚生物科技有限公司	成都市龙泉驿区中医医院	生产批号: ZCMARQ024 生产日期:2017-03-29	6×67/6×17ML	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC推荐法)	山东博科生物产业有限公司	四川柏菲医疗科技有限公司	生产批号: 70503011H 生产日期:20170509	R1: 20ml×1; R2: 5ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川新健康成生物股份有限公司	成都市龙泉驿区妇幼保健院	生产批号: 0217011 生产日期:20170221	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	自贡市第一人民医院	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	柏定生物工程(北京)有限公司	自贡福世光明医院	生产批号: 170417 生产日期:170417	试剂 1: 2×60mL 试剂 2: 2×30mL	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	富顺县人民医院	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号: 0417031 生产日期:20170503	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京九强生物技术股份有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 17-0221 生产日期:20170221	试剂 1:6×60mL 试剂 2:2×45mL	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	乐至县人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川新健康成生物股份有限公司	国药集团四川南充医疗器械有限公司	生产批号: 0417031 生产日期:20170503	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC推荐法)	武汉生之源生物科技股份有限公司	南充市太极医药有限责任公司	生产批号: 17051019-A1 生产日期:20170510	R1 60mL×3 R2 45mL×1	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法)	美康生物科技股份有限公司	达州市中心医院	生产批号: 17042101 生产日期:20170525	200ml(试剂 1:2×65mL+试剂 2:1×70mL)	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体)(紫外-乳酸脱氢酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	四川科华生物技术有限公司	生产批号: 20170122 生产日期:20170111	R1: 140mL R2: 70mL	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	剑阁县中医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170109	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45ml×1	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	丙氨酸氨基转移酶诊断试剂盒(IFCC速率法)	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	广元市昭化区妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: ALT 170401 生产日期:2017.04.13	试剂 1: 60ml×6 试剂 2: 12ml×6	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京利德曼生化股份有限公司	广元市精神卫生中心	生产批号: 611292K 生产日期:2016.11.27	试剂 1 (R1) 5×60 ml 试剂 2 (R2) 5×12 ml	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京九强生物技术股份有限公司	南充市中心医院	生产批号: 17-0221 生产日期:20170221	试剂 1: 6×60ml 试剂 2: 2×45ml	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	宁波瑞源生物科技股份有限公司	岳池县人民医院	生产批号: 2017012201 生产日期:20170122	400ml (R1:4×65ml R2:2×70ml)	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川迈克生物科技股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号: 0417021 生产日期:20170414	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC推荐修正法)	上海执诚生物科技股份有限公司	四川一风科技有限公司	生产批号: ZCMARQ024 生产日期:2017-03-29	6×67/6×17ML	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
尿酸测定试剂盒(酶法)(62批)							
1	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	宜宾市第二人民医院	生产批号: 0117001 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
2	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	四川迈克生物科技股份有限公司	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号: 0217011 生产日期:20170309	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号: 0516071 生产日期:20160512	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	尿酸试剂盒(液体)(氧化酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	古蔺县人民医院	生产批号: 20170112 生产日期:20170105	R1:140ml R2:70ml 校准品:3ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	叙永县人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	尿酸检测试剂盒(酶比色法)	云南昊戎生物科技有限公司	泸州市纳溪区人民医院	生产批号: 20170322	R1:50ml×1	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	上海复星长征医学科学有限公司	成都星瑞华生物技术有限公司	生产批号: D1701153 生产日期:2017.01.20	R1:4×50ml R2:1×50ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中生北控生物科技股份有限公司	四川中生医疗器械有限责任公司	生产批号: 160721 生产日期:20161223	液体双剂型 R1:60ml×2 R2:30ml×2 校准品:2ml×1(1个浓度)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中生北控生物科技股份有限公司	四川中生医疗器械有限责任公司	生产批号: 160691 生产日期:20160526	液体双剂型 R1:60ml×2 R2:30ml×2 校准品:2ml×1(1个浓度)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	内江市第一人民医院	生产批号: 1016091 生产日期:20161013	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	内江市市中区人民医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法—抗VC)	北京九强生物技术股份有限公司	内江市第二人民医院	生产批号: 16-0823 生产日期:20160823	试剂 1:3×60ml 试剂 2:1×60ml	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	乐山市人民医院	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1:60ml×3 试剂 2:45ml×1	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	乐山市市中区医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1:60ml×3 试剂 2:45ml×1	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	遂宁市中医院	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1: 60ml×3 试剂 2: 45ml×1	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
17	尿酸测定试剂盒 (URO-PAP法)	四川沃文特生物技术有 限公司	遂宁市第三人民医院	生产批号: 1701011 生产日期:20170118	R1: 60ml×3 R2: 45ml×1	遂宁市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
18	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	长春迪瑞医疗科技股份 有限公司	大竹县中医院	生产批号: 20170309 生产日期:20170309	R1:4×50ml R2:1×50ml 校准品: 2ml	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
19	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川新健康成生物股份 有限公司	达州职业技术学院附属 医院	生产批号: 0217015 生产日期:20170309	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
20	尿酸检测试剂盒(尿酸 酶法)	宁波美康生物科技股份 有限公司	绵阳市安州区人民医院	生产批号: 16101802 生产日期:20161018	200ml(试剂 1:2×65ml+试剂 2:1×70ml) 校准品 1×1ml	绵阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
21	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	绵阳美年大健康体检门 诊部	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1:60ml×3 试剂 2:45ml×1	绵阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
22	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	福建片仔癀诊断技术有 限公司	四川麦迪凯医疗器械有 限责任公司	生产批号 161208-0270A 生产日期:20161208	R1:5×60ml R2:5×12ml	绵阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
23	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	吉林基蛋生物科技有限 公司	四川森茂医药有限公司	生产批号: 20170119 生产日期:20170119	R1:1 40ml R2:1 20ml	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
24	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	通江县新区医院有限公 司	生产批号: 1216101 生产日期:20161205	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
25	尿酸检测试剂盒(尿酸 酶法)	重庆中元生物科技有限 公司	雅安市名山区人民医院	生产批号: Z170101 生产日期:2017年01月09日	R1: 48ml×2 R2:12ml×2	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
26	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	北京九强生物技术股份 有限公司	天全县中医医院	生产批号: 16-1215 生产日期:20161215	试剂 1:2×70ml 试剂 2:1×35ml	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
27	尿酸检测试剂盒(尿酸 酶法)	宁波美康生物科技股份 有限公司	汉源县中医医院	生产批号: 17020602 生产日期:20170206	200ml(试剂 1: 2×65ml + 试剂 2:1×70ml) 校 准品: 1×1ml	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
28	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	德阳美年大健康体检医 院有限公司门诊部	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
29	尿酸诊断试剂盒(尿酸 酶-POD法)	湖南永和阳光生物科技 股份有限公司	德阳市中西医结合医院	生产批号: UA 170302 生产日期:2017.03.31	试剂 1 60ml×6 试剂 2 12ml×6	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
30	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	仁寿县人民医院	生产批号: 1216101 生产日期:20161205	试剂 1: 60ml×3 试剂 2: 45ml×1	仁寿县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
31	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	吉林基蛋生物科技有限 公司	仁寿鳌峰外科医院	生产批号: 20170119 生产日期:20170119	R1:1*40ml R2:1*20ml	仁寿县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	尿酸测定试剂盒(URO-PAP法)	四川沃文特生物技术有 限公司	广安市广安区人民医院	生产批号: 1703021 生产日期:2017032	R1: 60ml×3 R2: 45ml×1	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
33	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	广安市人民医院	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
34	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川新健康成生物股份 有限公司	巴中骨科医院	生产批号: 0217011 生产日期:20170309	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
35	尿酸(UA)检测试剂 盒(氧化酶法)	英科新创(厦门)科技有 限公司	成都美中生物科技有限 公司	生产批号: 7009190202	60ml×5	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
36	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法-抗VC)	北京九强生物技术股份 有限公司	核工业四一六医院	生产批号: 16-1124 生产日期:20161124	试剂 1:3×60ml 试剂 2:1×60ml	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
37	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	四川省迈克实业有限公 司	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
38	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川迈克生物科技股份 有限公司	攀钢集团总医院	生产批号: 0117011 生产日期:20170104	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
39	尿酸测定试剂盒 (URO-PAP法)	四川沃文特生物技术有 限公司	攀枝花市第四人民医院	生产批号: 1703021 生产日期:20170328	R1:60ml×3,R2:45ml×1	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
40	尿酸(UA)测定试剂盒尿酸 酶-过氧化物酶偶联法	武汉市长立生物技术有 限责任公司	攀枝花煤业(集团)有 限责任公司总医院	生产批号: 17070101 生产日期:20170117	R1:60ml×4(液 体),R2:20ml×3(液体)	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
41	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	柏定生物工程(北京)有 限公司	成都市金牛区抚琴社区 卫生服务中心	生产批号: 170320	试剂 1:2×60ml 试剂 2:2×30ml 校准品:1×2ml	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
42	尿酸诊断试剂盒(尿酸 酶-POD法)	湖南永和阳光生物科技 股份有限公司	西昌市佑君中心卫生院	生产批号: UA 170302 生产日期:2017.03.31	试剂 1: 60ml×6 试剂 2: 12ml×6	凉山彝族自治州食 品药品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
43	尿酸测定试剂盒 (URO-PAP法)	四川沃文特生物技术有 限公司	成都市龙泉驿区第一人 民医院	生产批号: 1701011 生产日期:20170118	R1 60ml×3 R2 45ml×1	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
44	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	四川新健康成生物股份 有限公司	成都市龙泉驿区妇幼保 健院	生产批号: 0217011 生产日期:20170309	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
45	尿酸(UA)测定试剂 盒(尿酸酶法)	北京利德曼生化股份有 限公司	自贡市第一人民医院	生产批号: 702031L 生产日期:2016.12.01	试剂 1 (R1): 5×60mL 试剂 2 (R2): 5×12mL 校准 (S): 1×3mL	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
46	尿酸测定试剂盒(尿酸 酶法)	柏定生物工程(北京)有 限公司	自贡福世光明医院	生产批号: 170320 生产日期:170320	试剂 1: 2×60mL 试剂 2: 2×30mL 校准品: 1×2mL	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
47	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	富顺县人民医院	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号: 0517021 生产日期:20170606	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法-抗VC)	北京九强生物技术股份有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 17-0302 生产日期:20170302	试剂 1: 3×60mL 试剂 2: 1×60mL	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	北京世纪沃德生物科技有限公司	南充市中医医院	生产批号: B34610101 生产日期:2016.12.29	R1: 6×60ml R2: 2×45ml	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	美康生物科技股份有限公司	南充市高坪区人民医院	生产批号: 17031601 生产日期:20170407	240ml(试剂 1: 2×80mL+试剂 2: 1×80mL) 校准品: 1×1mL	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	乐至县人民医院	生产批号: 1016091 生产日期:20161013	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	美康生物科技股份有限公司	达州市中心医院	生产批号: 17050201 生产日期:20170520	200ml (试剂 1:2×65mL+试剂 2:1×70mL) 校准品: 1×1mL	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中生北控生物科技股份有限公司	苍溪县人民医院	生产批号: 160721 生产日期:20161223	液体双剂型 R1:60ml×2 R2:30ml×2 校准品: 2ml× 1(1个浓度)	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	尿酸诊断试剂盒(尿酸酶-POD法)	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	剑阁县中医院	生产批号: UA 170302 生产日期:2017.03.31	试剂 1: 60ml×6 试剂 2: 12ml×6	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶法)	北京利德曼生化股份有限公司	广元市精神卫生院	生产批号: 704133D 生产日期:2017.04.06	试剂 1 (R1): 5×60 mL 试剂 2 (R2): 5×12 mL 校准 (S): 1×3mL	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中生北控生物科技股份有限公司	川北医学院附属医院	生产批号: 160701 生产日期:20160725	液体双剂型 校准品: 2m×1(1个浓度) R1:60ml×2 R2: 30ml×2	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	宁波瑞源生物科技股份有限公司	岳池县人民医院	生产批号: 2017033101 生产日期:20170331	400ml (R1:4×65mlR2:2×70) 校准品: 1×1ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	四川迈克生物科技股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号: 0317021 生产日期:20170330	试剂 1:60ml×3 试剂 2:45ml×1	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	尿酸测定试剂盒(液体)(氧化酶法)	上海科华生物工程股份有限公司	蒲江县人民医院	生产批号: 20170122 生产日期:20170105	R1:140ml R2:70ml 校准品: 3ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
61	尿酸测定试剂盒(酶动力学比色法)	上海执诚生物科技有限公司	四川一风科技有限公司	生产批号: ZCMAYQ021 生产日期:2017-05-22	8×60/2×60ML	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	美康生物科技股份有限公司	成都汇产生物科技有限公司	生产批号: 17050202 生产日期:20170608 出厂编号: H107(产品编号)	200ml(试剂 1:2x65ml+ 试剂 2:1x70ml) 校准品: 1×1ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
非吸收性外科缝线(带针)(104批)							
1	非吸收性外科缝线 医用聚丙烯缝合线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号: 170210 生产日期:2017年2月22日	2-0 3.0 metric 90cm×1 根 7-18 1/2	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用真丝非吸收缝线	扬州市金环医疗器械厂	自贡汇东医院	生产日期:20150318	2-0/T	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	自贡家馨医院	生产批号: 11S0309 生产日期:160318	3-0(传统代号1)黑色 60cm×10	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	医用真丝编织线(线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	富顺新区医院	生产批号: 11S0913 生产日期:160930	2-0/T 60cm×10	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	富顺县人民医院	生产批号: KC2CA 生产日期:2016-03-10	2-0/T (2.5METRIC) 15×60cm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	高县人民医院	生产批号: 23S0603 生产日期:160613	2-0 蓝 90cm 1/2 6×14 双 22mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	宜宾骅光医疗器械有限公司	生产批号: 201612742 生产日期:20161206	5-0 70cm 单针 蚕丝线(编织型)▲1/2	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川省宜宾永康医药有限责任公司	生产批号: 23S1002 生产日期:161013	2-0 蓝 90cm 1/2 6×14 双 22mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川省宜宾永康医药有限责任公司	生产批号: 23R0904 生产日期:150921	4-0 绿 90cm 1/2 4×12 双 19mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	宜宾市第二人民医院	生产批号: 23S0806 生产日期:160826	3-0 蓝 90cm 1/2 5×12 双 19mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	营山县人民医院	生产批号: KM3BD 生产日期:2016-12-14	2-0/T (2.5 METRIC) 15×60cm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	四川省仪陇县人民医院	生产批号: 20160505 生产日期:20160505	线束 2-0	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
13	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	仪陇县中医医院	生产批号: LA3AF 生产日期:2017-01-16	0 (3.5 METRIC) 15×60cm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	阆中市中医医院	生产批号: KC1AK 生产日期:2016-03-02	2-0/T (2.5METRIC) 15×60cm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	阆中市人民医院	生产批号: KE1BG 生产日期:2016-05-06	3-0 (2 METRIC) 15×60cm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	凉山彝族自治州第一人民医院	生产批号: 23S1104 生产日期:161104	3-0 绿 90cm 1/2 5×12 双 19mm	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	西昌市人民医院	生产批号: 170125 生产日期:2017年01月24日	4-0 RE-724 线长 75cm 角针 多股编织 黑色 0.6mm×15mm	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	泸州市达康医疗器械有限公司	生产批号: 11S0902 生产日期:160905	3-0 (传统代号 1) 黑色 60cm×10	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	泸州星辰科技有限公司	生产批号: KK2BM 生产日期:2016-10-13	3-0 (2 METRIC) 15×60cm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	泸州市龙马潭区石洞镇卫生院	生产批号: KM1BR 生产日期:2016-12-01	0 (3.5 METRIC) 15×60cm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	叙永县中医医院	生产批号: 16E4E 生产日期:2016-05	2-0(4#) 3 Metric 15×24" 60cm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	叙永县人民医院	生产批号: 16F1E 生产日期:2016-06	3-0 (1#) 2 Metric 15×24" 60cm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	成都双流爱民综合医院(普通合伙)	生产批号: 170306 生产日期:2017年03月03日	3—0 (1#) B-103 线长 60cm×15	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	成都市双流区第二人民医院	生产批号: 11S0101 生产日期:160105	4-0 (传统代号 0) 黑色 60cm×10	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	安岳县中医医院	生产批号: 11S0807 生产日期:160809	2-0/T(传统代号 4)黑色 60cm×10	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	资阳市雁江区伍隍中心卫生院	生产批号: 11S1014 生产日期:161007	2-0/T(传统代号 4) 黑色 60cm×10	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
27	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐至亲和医院(普通合伙)	生产批号: 11S0309 生产日期:160318	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	汶川县人民医院	生产批号: KM1BQ 生产日期:2016-12-01	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	茂县人民医院	生产批号: 11S0903 生产日期:160907	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	医用真丝编织线(线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	威远县镇西中心卫生院	生产批号: 11S0302 生产日期:160303	标准代号: 3-0 60cm×10	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	资中资州医院	生产批号: KM3BF 生产日期:2016-12-14	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	资中县中医医院	生产批号: 16F1E 生产日期:2016-06	3-0 (1#) 2 Metric 15×24" 60cm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	内江市东兴区中医医院	生产批号: KB1CA 生产日期:2016-02-14	4-0 (1.5 METRIC) SA83G 15×60cm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	内江市市中区人民医院	生产批号: KK4AK 生产日期:2016-10-25	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	医用真丝非吸收缝线	扬州市金环医疗器械厂	大竹同济医院	生产日期:20150318	0	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	宣汉县同济医院	生产批号: 11S0911 生产日期:160928	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	医用真丝编织线	上海市浦东金环医疗用品股份有限公司	万源市中心医院	生产批号: 11S1013 生产日期:161006	0 (传统代号7) 黑色 60cm×10	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	非吸收性外科缝线(线束)	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	达州职业技术学院附属医院	生产日期:20161008	3-0 60cm/根	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	非吸收性外科缝线 蚕丝线束	江苏信迈缝合材料有限公司	开江康复医院	生产批号: 170102 生产日期:2017年01月	0 60cm×24 根	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	荣经县人民医院	生产日期:20160505	型号: 线束 规格: 2-0	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	石棉县人民医院	生产批号: 150702 生产日期:2015年07月01日	3-0 (1#) 2.0 metric 60cm×15	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
42	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	石棉县中医医院	生产批号: KM2AF 生产日期:2016-12-06	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	雅安市人民医院	生产批号: LA1AS 生产日期:2017-01-03	2-0/T (2.5METRIC) 15×60cm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	医用真丝编织线(线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	雅安职业技术学院附属医院	生产批号: 11S0913 生产日期:160930	标准代号: 0 60cm×10	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	大英县中医医院	生产批号: KL3AL 生产日期:2016-11-17	2-0/T (2.5 METRIC) 15×60cm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	非吸收性外科缝线(带针)	扬州源康医疗器械有限公司	遂宁市安居区人民医院	生产批号: 20161102 生产日期:20161102	蓝色 聚酯 0 90cm 双针 O1/2 7×17	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	遂宁安居新安医院	生产批号: 11S0311 生产日期:160323	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	遂宁市中心医院	生产批号: KM509 生产日期:2016-12-27	5-0 (1 METRIC) W580 75cm 皮肤缝合 12mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川依璐华医疗器械有限公司	生产批号: 11R0701 生产日期:15071	4-O (传统代号0) 黑色 60cm×10	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	眉山市彭山区中医医院	生产批号: 11S0808 生产日期:160810	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	眉山市彭山区第二人民医院	生产批号: 11S1013 生产日期:161006	0 (传统代号7) 黑色 60cm×10	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	眉山市彭山区人民医院	生产批号: 201703072 生产日期:20170303	7-0 30cm 双针(尼龙线)·3/8 2×6	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	丹棱县人民医院	生产批号: 11S0310 生产日期:160321	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	丹棱县人民医院	生产批号: 11R0501 生产日期:150506	0 (传统代号7) 黑色 60cm×10	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	非吸收性外科缝线	成都太合生物材料有限公司	成都太合生物材料有限公司	生产批号: 0421	3-0 (传统代号1) 60cm×15	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	非吸收性外科缝线	成都太合生物材料有限公司	成都太合生物材料有限公司	生产批号: 0306	1-0 (传统代号 7) 60cm×15	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都市兴科医疗器械有限公司	生产批号: 170220 25	针 △1/2 弧 3×10 美容 针 线 尼龙线(黑) 7-0	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	三台县人民医院	生产批号: 11R0509 生产日期:150527	2-0/T (传统代号 4) 黑 色 60 cm×15	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	三台县人民医院	生产批号: 11S1008 生产日期:161026	3-0 (传统代号 1) 黑色 60 cm×15	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	三台县中医院	生产批号: HJ1AW	1 (4 METRIC) 10×60 cm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	三台县中医院	生产批号: LB3BF 生产日期:2017-02-13	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60 cm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	自贡市中医医院	生产批号: 11R0405 生产日期:150420	2-0/T (传统代号 4) 黑 色 60 cm×10	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都艺星医疗美容门诊部	生产批号: 161212 17 生产日期:161212 17	针 ▲1/2 弧 4×12 美容 针 线 尼龙(黑) 3-0	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	绵竹市人民医院	生产批号: 20150105	型号: 线团 规格: 2-0	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	中江县集凤中心卫生院	生产批号: 11S0408 生产日期:160418	3-0 (传统代号 1) 黑 色 60 cm×10	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	广汉市人民医院	生产批号: 16C4C 生产日期:2016-03	2-0(4#) 3 metric 15×24” 60cm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	什邡市人民医院	生产批号: KL1BK 生产日期:2016-10-31	0 (3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	罗江县中医医院	生产批号: 11S0807 生产日期:160809	3-0 (传统代号 1) 黑 色 60cm×10	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	丝线编织非吸收性外科缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	邻水县坛同中心卫生院	生产批号: LA2BZ 生产日期:2017-01-12	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	岳池县中医医院	生产日期:20170105	型号: 线束 规格: 0	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
71	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	华蓥市人民医院	生产批号: KM2AN 生产日期:2016-12-06	3-0 (2METRIC) SA84G 15×60cm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	广安市广安区人民医院	生产批号: KM3AN 生产日期:2016-12-14	3-0 (2METRIC) SA84G 15×60cm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	通江县人民医院	生产批号: 11SO310 生产日期:160321	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	通江县人民医院	生产批号: 11SO911 生产日期:160928	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号: 11RO405 生产日期:150420	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号: JK4BK 生产日期:2015-10-21	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	医用真丝编织线(线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	南江县人民医院	生产批号: 11SO912 生产日期:160929	标准代号: 3—0 60cm×10 传统代号①	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都大华韩艺整形美容医院	生产批号: 170201 04 生产日期:170201 04	针 ▲1/2 弧 3×10 美容 针 线 尼龙线(黑) 7-0	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都美容整形医院	生产批号: 170206 09 生产日期:170206 09	针 ▲1/2 弧 3×10 美容 针 线 尼龙线(黑) 7-0	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川西婵泛亚整形美容医院	生产批号: 23S0806 生产日期:160826	3-0 蓝 90cm·1/2 5×12 双 19mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	四川华美紫馨医学美容医院有限公司	生产批号: 170109 14	针 3/8 弧 2×5 眼科铲 针 线 尼龙 8-0	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	广元市中心医院	生产批号: KL3BK 生产日期:2016-11-17	1 (4 METRIC) 10×60 cm	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川兴元医疗器械有限责任公司	生产批号: 11S0911 生产日期:160928	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	广元市第二人民医院	生产批号: KM2BL 生产日期:2016-12-08	3-0 (2 METRIC) 15×60 cm	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
85	医用真丝非吸收缝线	扬州市金环医疗器械厂	广元市华光医疗器械有限责任公司	生产日期:20161013	3-0	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	带线缝合针(医用锦纶单丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广元市中科医疗器械有限公司	生产批号: 24R1205J 生产日期:151223	8-0 黑 30cm 3/8 1×5 双 6mm	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	成都市妇女儿童中心医院	生产批号: LB309 生产日期:2017-02-13	5-0 (1 METRIC) W580 75cm 皮肤缝合 12mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	带线缝合针(医用丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	核工业四一六医院	生产批号: 17S1112J 生产日期:161112	5-0 黑 75cm 1/2 5×12 单 19mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	带线缝合针(医用锦纶单丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	成都市第六人民医院	生产批号: 24S1107J 生产日期:161107	6-0 黑 75cm 1/2 3×10 单 16mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	非吸收性外科缝线 蚕丝线束	江苏信迈缝合材料有限公司	岳池县罗渡中心卫生院	生产批号: 160502 生产日期:2016年05月	3-0	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号: 11S0911 生产日期:160928	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	攀枝花宏实医院	生产批号: 11S1014 生产日期:161007	0 (传统代号7) 黑色 60cm×10	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	医用真丝编织线(线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	攀枝花市仁和区人民医院	生产批号: 11S0604 生产日期:160608	标准代号:4-0 60cm×10	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	攀枝花市中心医院	生产批号: KC4BR 生产日期:2016-03-24	4-0 (1.5 METRIC) SA83G 15×60cm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	米易县人民医院	生产批号: LA1BF 生产日期:2017-01-05	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗股份有限公司	乐山市市中区妇幼保健院	生产批号: LB2AB 生产日期:2017-02-06	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐山市凯安医疗器械有限公司	生产批号: 11S0905 生产日期:160912	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	江苏信迈缝合材料有限公司	乐山品正医疗器械有限责任公司	生产批号: 160202 生产日期:2016年02月	3-0 黑色/Black 60cm×10 根	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐山众康医疗器械有限公司	生产批号: 11S0903 生产日期:160907	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
100	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐山骨科医院	生产批号: 11S0902 生产日期:160905	0 (传统代号7) 黑色 60cm×10	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	安岳县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: KJ3AE 生产日期:2016-09-13	0 (3.5 METRIC) 15×60cm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川众信堂医药贸易有限公司	生产批号: 11S0903 生产日期:160907	3-0 (传统代号1) 黑色 60cm×10	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	成都三环医疗器械有限公司	生产批号: 11S1014 生产日期:161007	2-0/T (传统代号4) 黑色 60cm×10	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川正上泰成贸易有限公司	生产批号: 11S0309 生产日期:160318	1 (传统代号10) 黑色 60cm×10	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
人绒毛膜促性腺激素测定试纸(胶体金免疫层析法)(101批)							
1	人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法)	四川迈克生物科技股份有限公司	四川迈克生物科技股份有限公司	生产批号: 1116061 生产日期:20161114	100人份/盒 1人份/袋 条型	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	屏山县中医医院	生产批号: 2016070072 生产日期:2016-07	1人份/袋 条型单人份	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒(胶体金法)	万华普曼生物工程有限公司	长宁县人民医院	生产批号: 16110011 生产日期:20161103	条型 1人份/袋	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	人绒毛膜促性腺激素<HCG>测定试纸<胶体金法>	青岛海诺生物工程有限公司	宜宾福仁药业有限责任公司	生产批号: 161101 生产日期:20161103	1人份/袋 (条型)	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川酒都医药有限公司	生产批号: 20170204 生产日期:20170214	条型: 1人份/袋 11A 2.5mm 单条装	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	宜宾市南溪区康愿大药房有限责任公司	生产批号: 1601300101 生产日期:20160112	1人份/袋 条I型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川百部医药有限公司	生产批号: 20160201 生产日期:20160222	条型: 1人份/袋 11A 2.5mm 单条装	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
8	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川省世康药业有限公司	生产批号: 1612040101 生产日期:20161201	1人份/盒 条I型	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	南充嘉信保健品有限公司	生产批号: 20161204 生产日期:20161214	条型: 1人份/袋 11A 2.5m 单条装	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	南充长盛保健品有限公司	生产批号: 20170102 生产日期:20170102	条型/1人份	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	南充市明氏保健品有限公司	生产批号: 1701310101 生产日期:20170111	1人份/盒 条I型	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	西昌市长安社区卫生服务中心	生产批号: 20161003 生产日期:20161018	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	冕宁漫水湾友松医院	生产批号: 2016080029 生产日期:2016-08	1人份/袋 条型单人份	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	四川圣杰医药有限公司	生产批号: 20161008 生产日期:20161008	条型/1人份装	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	湖北美宝生物科技股份有限公司	泸州长健生殖健康专科医院	生产批号: 20161201 生产日期:20161207	条型/1人份	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	北京金华科生物技术有限公司	泸州弘康药房连锁有限公司	生产批号: 16110243 生产日期:20161105	1人份/盒(板型)	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	四川天寿药业有限公司	生产批号: 161207-0103 生产日期:20161207	1人份/袋	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	人绒毛膜促性腺激素<HCG>测定试纸<胶体金法>	青岛海诺生物工程有限公司	四川利德医药有限公司	生产批号: 160901 生产日期:2016/09/02	1人份/袋(条型)	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 20161215 生产日期:20161226	条型, 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
20	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	资阳市雁江区伍隍中心卫生院	生产批号: 20160201 生产日期:20160219	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	资阳市雁江区妇幼保健院	生产批号: 20160401 生产日期:20160407	条型: 1人份/袋 11A 2.5mm 单条装	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐至县人民医院	生产批号: 20170208 生产日期:20170218	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	北京金华科生物技术有限公司	四川博祥医药有限责任公司	生产批号: 16030101 生产日期:20160305	1人份 条型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	雅江县木雅大药房	生产批号: 1701130101 生产日期:20170106	1人份/袋 条I型	雅江县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川华拓生物技术有限公司	生产批号: 20160603 生产日期:20160627	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	金川锦峰药业有限公司	生产批号: 20170102 生产日期:20170116	条型: 1人份/袋	阿坝州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	小金县医药有限责任公司	生产批号: 20161206 生产日期:20161217	条型: 1人份/袋 单条装 11A 2.5mm	阿坝州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川内江市万基医药有限公司	生产批号: 1606440101 生产日期:20160620	1人份/袋(条I型)	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	人绒毛膜促性腺激素检测试纸	安徽深蓝医疗科技股份有限公司	四川诚济医药有限公司	生产批号: 161006 生产日期:2016年10月18日	条型 1人份/盒	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	内江正和祥药业连锁有限公司	生产批号: 20170102 生产日期:20170102	1人份/盒 笔型	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
31	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	湖北美宝生物科技股份有限公司	四川省铭源药业有限公司	生产批号: 20170301 生产日期:20170305	笔型 1人份	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	内江市第一人民医院	生产批号: 20161211 生产日期:20161219	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	扬州环宇医疗器械有限公司	宝兴县老百姓大药房	生产批号: 20170102 生产日期:20170102	条型/1人份	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	芦山卢琴医院	生产批号: 20161002 生产日期:20161014	条型: 1人份/袋 单条装 11A 2.5mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	雅安紫罗兰医院	生产批号: 2016080029 生产日期:2016-08	1人份/袋 条型单人份	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	雅安市雨城区民健堂药店	生产批号: 1701130101 生产日期:20170106	1人份/袋 条I型	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川雅安康盛中药材有限责任公司	生产批号: 20151101 生产日期:20151111	11A 2.5mm 单条装 条型: 1人份/袋	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	渠县仁和医院	生产批号: 20170106 生产日期:20170106	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	人绒毛膜促性腺激素<HCG>测定试纸<胶体金法>	青岛海诺生物工程有限公司	大竹县回生药业有限责任公司	生产批号: 170101 生产日期:170103	1人份/袋(条型)	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	四川省万盛药业连锁有限公司大东街连锁店	生产批号: 20170102 生产日期:20170102	条型/1个装	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号: 20170102 生产日期:20170102	条型/1个装	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	达州市达川区妇幼保健院	生产批号: 20161116 生产日期:20161125	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
43	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	遂宁市中医院	生产批号: 1604200101 生产日期:20160409	1人份/袋 (条I型)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	遂宁市第一人民医院	生产批号: 20161206 生产日期:20161210	10A 3.0mm, 单条装 条型: 1人份/袋	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川遂宁市全泰堂药业有限公司	生产批号: 1701220102 生产日期:20170121	1人份/盒 (卡I型)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川天煜生物工程有限公司	生产批号: 20170403 生产日期:20170410	10A 3.0mm, 单条装 条型: 1人份/袋	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川依璐华医疗器械有限公司	生产批号: 20170208 生产日期:20170218	10A 3.0mm, 单条装 条型: 1人份/袋	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	眉山市彭山区中医医院	生产批号: 20160603 生产日期:20160627	10A 3.0mm, 单条装 条型: 1人份/袋	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	眉山市彭山区人民医院	生产批号: 20170208 生产日期:20170218	10A 3.0mm, 单条装 条型: 1人份/袋	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	眉山市彭山区第二人民医院	生产批号: 20170204 生产日期:20170214	11A 2.5mm, 单条装 条型: 1人份/袋	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	洪雅仁济医院	生产批号: 20161101 生产日期:20161101	11A 2.5mm, 单条装 条型: 1人份/袋	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	洪雅县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 2016110025 生产日期:2016-11	规格: 1人份/袋 型号: 条型单人份	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法)	深圳市比特科技有限公司	四川科伦医药贸易有限公司	生产批号: GA16H01 生产日期:20161223	HCG-A02: 1人份/盒	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
54	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司金牛区营门口路药店	生产批号: 1612030103 生产日期:20161201	1人份/盒(笔I型)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川一阳医疗科技有限公司	生产批号: 20170106 生产日期:20170106	条型 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	绵阳高新区社区卫生服务中心	生产批号: 2016080023 生产日期:2016-08	条型 单人份 1人份/袋	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	人绒毛膜促性腺激素(HCG)诊断试纸盒(胶体金法)	广州万孚生物技术股份有限公司	四川百信源大药房连锁有限公司	生产批号: W00161284S 生产日期:2016/12/16	100人份/盒 条型, 1条装	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术有限公司	绵阳市经开区杨剑医疗器械经营部	生产批号: 16110104 生产日期:20161103	100人份/盒 1人份/袋	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术有限公司	四川省厚源医药有限公司	生产批号: 17010104 生产日期:20170103	100人份/盒 1人份/袋	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	自贡市大安区妇幼保健院	生产批号: 20170307 生产日期:20170309	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	自贡妇产科医院	生产批号: 20151202 生产日期:20151205	条型: 1人份/袋 11A 2.5mm 单条装	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术有限公司	四川华芝药业有限公司	生产批号: 17020104 生产日期:20170203	1人份/袋	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川久泰医药贸易有限公司	生产批号: 20161107 生产日期:20161129	11A 2.5mm 单条装 条型: 1人份/袋	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	自贡市自流井区妇幼保健院	生产批号: 20161116 生产日期:20161125	10A 3.0mm 单条装 条型: 1人份/袋	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
65	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	色达县妇幼保健院	生产批号: 20161206 生产日期:20161217	条型: 1人份/袋	色达县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	绵竹市新市镇卫生院	生产批号: 20161202 生产日期:20161202	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	中江县妇幼保健院	生产批号: 20160407 生产日期:20160409	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广汉市妇幼保健院	生产批号: 20170301 生产日期:20170301	条型 1人份/袋 11A 2.5mm, 单条装	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	什邡市妇幼保健院	生产批号: 20161004 生产日期:20161021	条型 1人份/袋 11A 2.5mm, 单条装	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	邻水县坛同中心卫生院	生产批号: 2016070072 生产日期:2016-07	条型单人份 1人份/袋	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	岳池县中医医院	生产批号: 20161116 生产日期:20161125	条型: 1人份/袋 10A, 3.0mm 单条装	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	华蓥市人民医院	生产批号: 2016110025 生产日期:2016-11	规格: 1人份/袋 型号: 条型单人份	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广安市人民医院	生产批号: 20161215 生产日期:20161226	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	罗江县妇幼保健计划生育服务中心(罗江县妇幼保健院)	生产批号: 20160909 生产日期:20160917	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒(胶体金法)	万华普曼生物工程有限公司	武胜县烈面镇中心卫生院	生产批号: 16110011 生产日期:20161103	条形 1人份/袋	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
76	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	南江县人民医院	生产批号: 20160912 生产日期:20160923	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号: 20161112 生产日期:20161121	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	巴中市巴州区人民医院	生产批号: 20161211 生产日期:20161219	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒(胶体金法)	万华普曼生物工程技术有限公司	巴中市中心医院	生产批号: 16110011 生产日期:20161103	条型 1人份/袋	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	巴中康信药业有限公司	生产批号: 20151015 生产日期:20151024	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	润和生物医药科技(汕头)有限公司	四川九州通医药有限公司	生产批号: 20170109 SB19 生产日期:2017.01.09	1条/袋	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川德维乐医疗器械有限公司	生产批号: 20170403 生产日期:20170410	条型: 1人份/袋 10A 3.0mm 单条装	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试纸(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	四川省誉合诚科技有限公司	生产批号: 2017020012 生产日期:2017-02	规格: 1人份/袋 型号: 条型单人份	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	苍溪县人民医院	生产批号: 20160603 生产日期:20160627	条型: 1人份/袋	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广元市昭化区人民医院	生产批号: 20161215 生产日期:20161226	条型: 1人份/袋	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	广元博爱医院	生产批号: 2016070372 生产日期:2016-07	规格: 1人份/袋 型号: 条型单人份	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
87	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)测定试纸(胶 体金法)	青岛海诺生物工程有限 公司	广元市利州区盘龙镇卫 生院	生产批号: 161101 生产日期:2016/11/03	1人份/袋(条型)	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
88	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)胶体金快速检 测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术 有限公司	四川太星药业有限公司	生产批号: 16080102 生产日期:20160803	1人份/盒	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
89	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)检测试纸(胶 体金法)	蓝十字生物药业(北京) 有限公司	四川恒健生物科技有限 公司	生产批号: 20170318 生产日期:20170329	条型: 1人份/袋	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
90	人绒毛膜促性腺激素 (hCG)检测试剂(胶 体金法)	艾博生物医药(杭州)有 限公司	核工业四一六医院	生产批号: 2016100087 生产日期:2016-10	规格: 1人份/袋 型号: 条型单人份	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
91	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)检测试纸(胶 体金法)	蓝十字生物药业(北京) 有限公司	成都新华医院	生产批号: 20170204 生产日期:20170214	条型: 1人份/袋	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
92	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)定性检测试剂 盒(胶体金法)	天津中新科炬生物制药 有限公司	四川鸿翔一心堂医药连 锁有限公司	生产批号: 201612062 生产日期:20161206	1人份	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
93	人绒毛膜促性腺激素 检测试纸(胶体金免疫 层析法)	深圳市比特科技有限公 司	攀枝花市敬仁堂医药连 锁有限责任公司	生产批号: GA16G03 生产日期:20161220	HCG-C05 1人份/盒	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
94	人绒毛膜促性腺激素 检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份 有限公司	攀枝花金利医药贸易有 限公司	生产批号: 1611260101 生产日期:20161108	条I型, 1人份/盒	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
95	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)检测试纸(胶体 金法)	蓝十字生物药业(北京) 有限公司	攀枝花市中心医院	生产批号: 20160202 生产日期:20160225	条型: 1人份/袋	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
96	人绒毛膜促性腺激素 检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份 有限公司	攀枝花合鸿商贸有限公 司	生产批号: 1704070101 生产日期:20170402	1人份/盒(条I型)	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
97	人绒毛膜促性腺激素 (HCG)测定试纸<胶 体金法>	青岛海诺生物工程有限 公司	乐山市美凯能医疗器械 有限公司	生产批号: 170301 生产日期:2017.03.02	1人份/袋 条型	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
98	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐山市市中区妇幼保健院	生产批号: 20161202 生产日期:20161202	条型 1人份/袋	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川海棠医药有限公司	生产批号: 1704040101 生产日期:20170401	1人份/袋 条I型	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术有限公司	乐山市市中区嘉禾大药房东大街店	生产批号: 17010101 生产日期:20170103	1人份/盒	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐山现代妇产医院有限公司	生产批号: 20170301 生产日期:20170301	条型 1人份/袋	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

义齿类(跟踪抽验)(4批)

1	定制式固定义齿	成都顺雅医疗用品有限公司	成都顺雅医疗用品有限公司	生产日期:2017/5/5 出厂编号: 1704296209(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	定制式固定义齿	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	生产日期:2017-05-11 出厂编号: C1705114589 (产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	定制式固定义齿	成都易美乐义齿有限公司	成都易美乐义齿有限公司	生产批号: 1705210044 生产日期:2017.05.24	金属合金铸造烤瓷冠	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	定制式活动义齿	绵阳独言齿科技术有限公司	绵阳独言齿科技术有限公司	生产批号: H20170507001 生产日期:2017年5月10日	弯制支架可摘局部义齿	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

一次性使用输液器(带针)(105批)

1	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资阳市家德乐医药有限公司	生产批号: 批 160316 生产日期:20160316	Y103 0.7×25	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川省乐至县药业有限责任公司	生产批号: D1批 20160309 生产日期:20160309	S2D2S 0.55×20RWLB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	自贡市第四人民医院	生产批号: 批 170207 生产日期:17年2月7日	C1 0.7×25TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
4	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	自贡家馨医院	生产批号: D1 批 20160513 生产日期:20160513	S2D2S 0.7×25TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省华纬医药有限公司	生产批号: 批 160706 生产日期:20160706	Y103 0.7×25	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	宜宾市第三人民医院	生产批号: 批 20170311 02 生产日期:20170311	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	生产批号: 批 170211 生产日期:170211	IS-G 0.7×25 TW-LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用输液器带针	江西益康医疗器械集团有限公司	南充市身心医院	生产批号: 批 170101 生产日期:20170105	A3 0.9×26TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省永创医药贸易有限公司	生产批号: 批 170209 生产日期:170209	IS-G1 0.7x25 TW-LB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	南充友谊医院	生产批号: 批 170116 生产日期:20170116	Y103 0.7×25 TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	南充民心医院	生产批号: D1 批 20160826 生产日期:20160826	S2D2S 0.55×20RWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省康盛医药有限公司	生产批号: 批 161028 生产日期:161028	IS-G1 0.7×25 TW-LB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	西昌市川兴中心卫生院	生产批号: 批 161102 生产日期:161102	B3×0.7×25TWSB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	西昌安可医疗器械有限责任公司	生产批号: 批 161028 生产日期:161028	IS-G1 0.7×25 TW-LB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	德昌县德州镇大坪村二卫生室	生产批号: 批 160718 生产日期:160718	B3×0.7×25TWSB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸州市江阳区黄舣镇卫生院	生产批号: 批 161216 生产日期:20161216	Y103 0.7×25 TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸州市江阳区分水岭镇卫生院	生产批号: 批 170111 生产日期:20170111	Y103 0.7×25 TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
18	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	合江县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:批 160920 生产日期:20160920	A-0.7×25TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	合江县人民医院	生产批号:批20170211 09	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用输液器带针式	江西锦胜医疗器械集团有限公司	古蔺县人民医院	生产批号:批 20161027 生产日期:2016年10月27日	B3 0.7×23.5TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资阳市雁江区妇幼保健院	生产批号:批 161026 生产日期:20161026	Y94 0.7×25	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	一次性使用输液器带针	湖南平安医械科技有限公司	四川宇航医疗器械有限公司	生产批号:批 161007	A3 0.7×24TWLB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川博祥医药有限责任公司	生产批号:批 170206 生产日期:20170206	Y103 0.6×25 TWLB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸定县人民医院	生产批号:批 160921 生产日期:20160921	Y103 0.7x25	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸定县康复诊所	生产批号:批 170116 生产日期:20170116	Y103 0.7x25 TWLB	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	汶川县人民医院	生产批号:批 170316 生产日期:20170316	Y103 0.7×25 TWLB	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	威远县第二人民医院	生产批号:批 170302 生产日期:2017年3月2日	C1 0.7×25TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资中资州医院	生产批号:批 170106 生产日期:20170106	Y94 0.7×25	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资中科伦医药贸易有限公司	生产批号:批 161116 生产日期:20161116	Y103 0.55×20	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	内江市第六人民医院	生产批号:批 160901 生产日期:16年9月1日	C5 b 0.6×25 TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用输液器带针	江西丰临医用器械有限公司	内江舒骨中医医院	生产批号:批 20170105B1 生产日期:20170105	A1-1TS 0.6×24TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	一次性使用输液器带针	重庆三大伟业医疗用品有限公司	大竹同济医院	生产批号:批 20160903 生产日期:20160903	A1 0.7×25 SS	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	大竹县回生药业有限责任公司	生产批号:批 170101 生产日期:20170101	Y103 0.55×20 TWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号:批 160803 生产日期:20160803	A-0.55×19 RWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川宁峰药业有限公司	生产批号: D1 批 20160309 生产日期:20160309	S2D2S 0.55×20RWLB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	达州市达川区妇幼保健院	生产批号:批 161026 生产日期:20161026	Y94 0.7×25	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	宝兴县人民医院	生产批号:批 161025 生产日期:16年10月25日	C1b 0.7×25 TWLB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	四川宝同药品销售有限公司	生产批号:批 160725 生产日期:20160725	A-0.7×25TWLB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	汉源县鸿庆医药有限公司	生产批号:批 170107 生产日期:170107	IS-G 0.7×25 TW-LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	恒博(集团)雅安医院	生产批号:批 161026 生产日期:20161026	Y96 0.7×25	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市雨城区人民医院	生产批号:批 161226 生产日期:20161226	Y94 0.7×25	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省健邦医药有限公司	生产批号:批 170221 生产日期:20170221	Y103 0.7×25 TWLB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	蓬溪恒道中医(骨科)医院	生产批号:批 161226 生产日期:20161226	Y103 0.7×25	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	遂宁市第一人民医院	生产批号:20170220 2 生产日期:20170220	H 静脉输液针规格:0.7×25 TWSB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	遂宁市安居区人民医院	生产批号:批 161110 生产日期:161110	B3×0.7×25TWSB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川德福医药有限责任公司	生产批号:批 161028 生产日期:161028	IS-G1 0.7×25 TW-LB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
47	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	丹棱中医医院	生产批号: 批 20160910 生产日期:20160910	B3-1 0.7mm	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	丹棱中医医院	生产批号: 批 20161206 生产日期:20161206	B3-1 0.7mm	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	青神县人民医院	生产批号: 批 161026 生产日期:20161026	Y94 0.7×25	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	眉山市康宏医疗器械有限公司青神分公司	生产批号: 批 170101 生产日期:20170101	Y103 0.7×25 TWLB	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	青神康达骨科医院	生产批号: 批 161110 生产日期:161110	IS-G 0.7×25 TW-LB	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170417	H 0.7×25 TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170313 2	H 0.7×25 TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170227 2	H 0.7×25 TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170213 2	H 0.7×25 TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170220 2	H 0.7×25 TWSB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 170311 生产日期:20170311	Y103 0.7×25 TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用分装输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20170220 2	D-200 静脉输液针规格: 0.70×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用带贴输液器带针	圣光医用制品股份有限公司	茂县春林医院	生产批号: 170106	A1 0.55×19RWLB	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	茂县兴富医院	生产批号: 批 170116 生产日期:20170116	Y103 0.7×25 TWLB	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
61	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	梓潼县人民医院	生产批号: 批 161103 生产日期:161103	B3×0.7×25 TWSB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	梓潼县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 批 161101 生产日期:20161101	Y94 0.7×25	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	梓潼县文昌镇中心卫生院	生产批号: 批 160116 生产日期:20160116	Y103 0.7×25	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	盐亭本草堂药业有限公司	生产批号: 批 151006 生产日期:151006	Y103 0.7×25	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	盐亭县人民医院	生产批号: 批 161022 生产日期:161022	IS-G 0.7×25 TW-LB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川天和医疗器械有限公司	生产批号: 批 170211 生产日期:170211	IS-G 0.7×25 TW-LB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川久泰医药贸易有限公司	生产批号: 批 170221 生产日期:20170221	Y103 0.7×25 TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	色达县人民医院	生产批号: 批 161101 生产日期:20161101	Y103 0.55×20	色达县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	绵竹仁爱医院	生产批号: 批 161026 生产日期:20161026	Y94 0.7×25	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川美迪药业有限公司	生产批号: 批 170211 生产日期:20170211	Y103 0.7X25 TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	广汉市骨科医院	生产批号: D1 批 20161009 生产日期:20161009	S2D2S 0.7×25 TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	罗江县中医医院	生产批号: 批 161110 生产日期:161110	IS-G 0.7×25 TW-LB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	邻水县柑子中心卫生院	生产批号: 批 160906 生产日期:20160906	A-0.7×25 TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	一次性使用输液器带针	湖南平安医械科技有限公司	岳池县罗渡中心卫生院	生产批号: 批 161203	A3 0.7×24 TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	一次性使用输液器带针	上海康寿医疗器械有限公司	邻水县坛同中心卫生院	生产批号: 161104	C-1 0.7×22	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
76	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	岳池县中医医院	生产批号:批 20170224 生产日期:20170224	S2D2S 0.7×25 TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:批 161011 生产日期:20161011	Y103 0.7×25	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	一次性使用输液器	广西双健科技有限公司	南江县人民医院	生产批号:批 20161201	C-1 0.7×22	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	一次性使用输液器带针	广西双健科技有限公司	南江县人民医院	生产批号:07批 20170101	B3 0.7×25 TWSB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	南江恒宇药业有限公司	生产批号:批 160126 生产日期:20160126	Y103 0.55×20	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	南江恒宇药业有限公司	生产批号:批 161126 生产日期:20161126	Y103 0.7×25	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	巴中市中心医院	生产批号:批 161228 生产日期:16年12月28日	C1b 0.7×25TWLB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川现代医院	生产批号:批 170326 生产日期:20170326	Y93 0.7×25	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都双楠医院	生产批号:批 160920 生产日期:16年9月20日	C1 0.7×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都三环医疗器械有限公司	生产批号:批 170306 生产日期:20170306	Y103 0.7×25 TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市新都区中医医院	生产批号:批 170313 生产日期:17年3月13日	C5 0.7×25TWLB	成都市新都区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	广元市中科医疗器械有限公司	生产批号:批 160921 生产日期:16年9月21日	C1bYT 0.7×25TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	苍溪县第四人民医院	生产批号:批 170111 生产日期:20170111	Y94 0.7×25 TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	广元市光华药业有限公司	生产批号:批 161212 生产日期:20161212	B-0.6×25 TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	剑阁县开封镇中心卫生院	生产批号:批 161210 生产日期:161210	IS-G1 0.7×25 TW-LB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	一次性使用输液器带针	四川省广元市康康医疗器械有限公司	四川省广元市康康医疗器械有限公司	生产批号: 20161102	A-3 0.7×25	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
92	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市妇女儿童中心医院	生产批号:批170211 生产日期:20170211	Y81 0.55×20 TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	成飞医院	生产批号:批20170411 10	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	成都市第六人民医院	生产批号:批20170421 01	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	核工业四一六医院	生产批号:批20170411 02	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	一次性使用输液器带针	云南好迪医疗器械有限公司	攀枝花市林宏源医药有限公司	生产批号:批20160621	BV3 0.6×24	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院	生产批号:批161116 生产日期:20161116	Y103 0.7×25	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	攀枝花市中心医院	生产批号:批170331 生产日期:17年3月31日	C1b 0.7×25TWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	米易祥和医药有限公司	生产批号:批161025 生产日期:16年10月25日	C1b 0.7×25TWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	米易县中医医院	生产批号:批161116 生产日期:16年11月16日	C1b 0.7×25TWLB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	峨眉山市人民医院	生产批号:批170321 生产日期:20170321	Y103 0.7×25 TWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	峨眉山市妇幼保健院	生产批号:批20161221 03	带针 0.7# 0.7×22.5TWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	峨眉山佛光医院	生产批号:20161024	型号:H 静脉输液针规格: 0.7×25TWSB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	峨眉山市罗目镇卫生院	生产批号:批170306 生产日期:20170306	Y103 0.6×25 TWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	四川康宁医用器材有限公司	生产批号:批170302 生产日期:170302	B3×0.7×25TWSB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

天然胶乳橡胶避孕套（103批）

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
1	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶制品有限公司	乐至县本草堂医药物流有限公司	生产批号: V6B806F 生产日期:2016 02	光面(平面型) 标称宽度: 52±2mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	天然胶乳橡胶避孕套	施梦(天津)乳胶有限公司	四川省乐至县药业有限责任公司	生产批号: 16G06 生产日期:201606	长度≥160mm 宽度: 52±2mm 光面型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	天然胶乳橡胶避孕套	河北双健乳胶制品有限公司	四川省安岳县仁华药业有限公司	生产批号: 160302	颗粒型 标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	自贡市康芝林大药房连锁有限公司	生产批号: SH150471 生产日期:01/2015	浮点润滑型 标称宽度: 52mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川省铭杰药业有限公司	生产批号: 15121 生产日期:20151202	光面型 平行边带储精囊 宽度: 52±2mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	四川省仁和药业有限公司	生产批号: JYT16025 生产日期:2016 02	非光面(螺纹)标称宽度: W52mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	珙县妇幼保健计划生育服务中心(珙县妇幼保健院)	生产批号: 16093403	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川省长宁县神龙医药有限责任公司	生产批号: 1608101 生产日期:201608	标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm 产品型号: 光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	天然胶乳橡胶避孕套	大连乳胶有限责任公司	宜宾福仁药业有限责任公司	生产批号: 15G12 生产日期:201512	标称宽度: 52mm 长度: 不小于 160mm 型号: 光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚 GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD	南充市汇通医药零售连锁嘉陵第33店	生产批号: 15F80 生产日期:2015.06	宽度: 52±2mm 型号: 平滑型(超薄)	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	仪陇县蓉锦医药贸易有限公司	生产批号: 1511031 生产日期:2015.11	光面型 宽度: 52±2mm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	南充市百姓源大药房连锁有限公司仪陇6店	生产批号: S1511RA 生产日期:2015.11	标称宽度: 52±2mm 标准长度:≥170mm 型号: 光面型	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	四川康嘉医药有限公司	生产批号: GX6121 生产日期:2016年12月	标称宽度: 52mm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN.BHD.	西昌老百姓大药房	生产批号: 15K10 生产日期:201510	标称宽度: 52±2mm 非平滑型(颗粒)	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
15	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司	西昌老百姓大药房	生产批号: 8GZ1601 生产日期:2016 01	标称宽度: W52mm 光面型	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN.BHD.	泸州晋欣药业有限公司	生产批号: 17P01 生产日期:201701	非平滑型(超薄) 标称宽度: 52±2mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	泸州市瑞康医疗器械有限公司	生产批号: 1511021 生产日期:2015.11	类型: 光面型 标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	泸州宝光医药有限公司	生产批号: JD150105 生产日期:2015.01	标称宽度: 52±2mm 螺纹型	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	泸州老百姓大药房连锁有限公司	生产批号: 1608101 生产日期:201608	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 光面型	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	四川永正药房连锁有限公司龙马潭区217直营店	生产批号: 161102	型号: 光面型 标称宽度: 52±2mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚古米特工业有限公司	成都良元大药房连锁有限公司锦江区新华药店	生产批号: 17A79 生产日期:2017.01	型号: 光面型; 标称宽度: 52±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN BHD	成都家乐福超市有限公司双桥子店	生产批号: LB170203 生产日期:2017/02	光面型 标称宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	成都家乐福超市有限公司双桥子店	生产批号: 1000199197 生产日期:2017-01	规格、型号: 标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	天然胶乳橡胶避孕套	康乐工业有限公司 KAREX INDUSTRIES SDN.(马来西亚)	成都市人人乐康郡购物广场	生产批号: TP3309 生产日期:08/2016	规格型号: 颗粒型 宽度: 52mm±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	天然胶乳橡胶避孕套	康乐工业有限公司 KAREX INDUSTRIES SDN.(马来西亚)	成都市人人乐康郡购物广场	生产批号: PM3489 生产日期:03/2016	规格型号: 平滑型 宽度: 52mm±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	和平泰康资阳药业有限公司	生产批号: 30006718 生产日期:2013 07	光面 标称宽度: W52mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	泸定县康贝大药房金成店	生产批号: 1702163 生产日期:170216	规格型号: 颗粒型 标称 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
28	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源乳胶有限责任公司	成都康立生物科技有限公司	生产批号: 20170102	[规格型号] 非光面型 W52±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	成都康立生物科技有限公司	生产批号: 170301 生产日期:201703	平滑型 标称宽度:52±2mm (W52) 长度: ≥160mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	成都诚美云生物科技有限公司	生产批号: 1000220590 生产日期:2017-04	规格、型号: 标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	天然胶乳橡胶避孕套	湖南云阳乳胶科技实业有限公司	九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 1504061	光面 标称宽度:52mm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	马尔康市妇幼保健和计划生育服务中心	生产批号: 1505101	颗粒 标称宽度:52mm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	成都伊美壮生物科技有限公司	生产批号: 161061 生产日期:201605	型号:光面润滑型 标称宽度:52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	天然胶乳橡胶避孕套	高平市丹阳橡胶制品有限公司	成都伊美壮生物科技有限公司	生产批号: 16060113 生产日期:201606	型号:光面型 标称宽度:52±2mm 规格:长度≥160mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	四川内江市正天药业有限责任公司	生产批号: XH0903 生产日期:2016 09	标称宽度: W52mm 光面	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶制品有限公司	四川诚济医药有限公司	生产批号: U6G604 生产日期:2016 07	52±2mm 光面(平面型)	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	天然胶乳橡胶避孕套	大连乳胶有限责任公司	资中科伦医药贸易有限公司	生产批号: 16L06 生产日期:201606	52mm 长度: 不小于 160mm 型号: 螺纹型	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	内江正和祥药业连锁有限公司	生产批号: HS1610M 生产日期:20161012	颗粒型 52±2mm 长度≥160mm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	四川天泰满意医药连锁有限责任公司大东街连锁店	生产批号: 15051B 生产日期:20150523	螺纹型 标称宽度: 52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚古米特工业有限公司	四川省万盛药业连锁有限公司大东街连锁店	生产批号: 16E09 生产日期:2016.05	非光面型 52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
41	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	四川东升大药房连锁有限责任公司	生产批号: 160071 生产日期:02/2016	光面润滑型 标称宽度: 52mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源胶乳有限责任公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号: 201611	光面型 W52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	达州正和祥药业连锁有限责任公司	生产批号: 14048A 生产日期:20140412	颗粒型 宽度: 52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源胶乳有限责任公司	天全县康桥大药房	生产批号: 17030225	W52±2mm(光面)	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	汉源县鸿庆医药有限公司	生产批号: Y01202 生产日期:2016/12	规格: 52mm±2mm 长度: ≥160mm 产品型号: 异型	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	雅安市雨城区民健堂药店	生产批号: YM15073 生产日期:2015.07	螺纹型 52±2mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	天然胶乳橡胶避孕套	河北双健乳胶制品有限公司	雅安市雨城区维恒大药房	生产批号: 161001 生产日期:161001	光面型 52±2mm 长度≥160mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	天然胶乳橡胶避孕套	康乐工业有限公司 KAREX INDUSTRIES SDN.BHD.(马来西亚)	雅安吉选商业经营管理有限公司	生产批号: HR3418 生产日期:12/2015	平滑型 52mm±2mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	天然胶乳橡胶避孕套	济宁卫康胶业有限公司	四川蓬溪汇通药业有限公司	生产批号: 160302	52mm 光面型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源胶乳有限责任公司	四川遂宁市全泰堂药业有限公司	生产批号: 16090225	W52±2mm(非光面)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	四川爱民医药有限公司	生产批号: 151351 生产日期:06/2015	螺纹润滑型 标称宽度: 52mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	天然胶乳橡胶避孕套	河北维妮德橡胶制品有限公司	四川华通药业有限公司	生产批号: 150402	光面型 宽度 52±2mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	天然胶乳橡胶避孕套	济宁卫康胶业有限公司	洪雅县洪州药房	生产批号: 161102	52mm 光面型	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	天然胶乳橡胶避孕套	桂林玖玖加药业有限公司	眉山市国健大药房连锁有限公司	生产批号: KK5-1Y	52mm±2mm	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	天然胶乳橡胶避孕套	大连胶乳有限责任公司	洪雅县百姓源大药房	生产批号: 16G12 生产日期:201612	光面型 标称宽度: 52mm 长度: 不小于 160mm	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	绵阳九州通医药有限公司	生产批号: 1000123777 生产日期:2016-05	标称宽度 52mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN.BHD.	绵阳保康林大药房连锁有限责任公司	生产批号: 16B03 生产日期:201603	标称宽度: 52±2 mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	绵阳市民心大药房连锁有限责任公司	生产批号: 15052 生产日期:20150512	型号: 光面型 宽度: 52±2 mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	北川羌族自治县禹里乡绵阳太极大药房繁磷加盟药店	生产批号: 14092B 生产日期:20140912	光面性 宽度: 52±2 mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	绵阳天源堂医药连锁有限公司北川羌族自治县安昌镇君成加盟连锁店	生产批号: 201602 生产日期:201602	类型: 光面 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	天然胶乳橡胶避孕套	河北维妮德橡胶制品有限公司	自贡市中联富康商贸有限公司	生产批号: 150420	[规格型号]光面型 [宽度]52±2mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	自贡市中瑞医疗器械有限责任公司	生产批号: GD0119 生产日期:2017/01	产品型号: 光面型 规格: 52±2mm 长度: ≥160mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	自贡市大安区大山铺中心卫生院	生产批号: 16080303005	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	自贡市大安区妇幼保健院	生产批号: 16105901001	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	绵竹市恒济药业有限责任公司	生产批号: S1511DB 生产日期:2015.11	型号: 颗粒型 标称宽度: 52±2mm 标准长度: ≥170mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	四川省中江神龙医药有限公司	生产批号: U7A806F 生产日期:2017 01	型号: 光面(平面型) 标称宽度: 52±2mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	四川再创辉煌医药有限公司	生产批号: A1606L 生产日期:2016.06	型号/规格: 螺纹型 平均宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	四川海王星辰健康药房连锁有限公司什邡月影店	生产批号: CW6124 生产日期:2016年12月	52mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	天然胶乳橡胶避孕套	上海名邦橡胶制品有限公司	罗江县略坪镇中心卫生院	生产批号: 1508104	光面 52±2mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
70	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	武胜县飞龙中心卫生院 (武胜县飞龙医院)	生产批号: 16095204 001	光面型 52mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	武胜县烈面镇中心卫生院	生产批号: 160902	光面型 52±2mm 长度≥160mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司 (原桂林乳胶厂)	邻水县坛同中心卫生院	生产批号: 1502108	光面 52mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶 制业有限公司	四川海灵医药有限公司	生产批号: U6C801S 生产日期:2016 03	光面(平面型) 52±2mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖 北)有限公司	岳池县天天康大药房连 锁有限公司	生产批号: 16060321 生产日期:201606	光面型 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	通江县青浴乡卫生院	生产批号: 16083803 004	光面型 52mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶 制业有限公司	巴中市正华药业连锁有 限公司杨涛分店	生产批号: U6D604 生产日期:2016 04	光面(平面型) 52±2mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限 公司	四川省儒龙医药有限公 司	生产批号: G1609DA 生产日期:201609	型号: 颗粒型 标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公 司	四川省儒龙医药有限公 司	生产批号: CW6123 生产日期:2016年12月	光面型 标称宽度: 52mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	四川省儒龙医药有限公 司	生产批号: 16111TB 生产日期:2016/11	52mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公 司	四川九州通医药有限公 司	生产批号: 1000125636 生产日期:2016-05	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限 公司	四川九州通医药有限公 司	生产批号: 17G01 生产日期:2017.01	标称宽度 52mm 光面型	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN BHD	四川科创医药集团有限 公司	生产批号: LF160807 生产日期:2016/08	非光面型(颗粒) 标称 宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限 公司(原桂林乳胶厂)	四川科创医药集团有限 公司	生产批号: 50001923 生产日期:2015 10	光面 标称宽度: W52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶 制业有限公司	四川四和医药集团有限 公司	生产批号: U5F807D 生产日期:2015 06	型号: 非光面(浮点型) 标称宽度: 52±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
85	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川省力搏药业有限责任公司	生产批号: 17014 生产日期:20170102	宽度: 52±2mm 螺纹型	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶制品有限公司	四川太星药业有限公司	生产批号: U5F804S 生产日期:2015 06	标称宽度: 52±2mm 光面(平面型)	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	天然胶乳橡胶避孕套	大连乳胶有限责任公司	四川广元科伦医药贸易有限公司	生产批号: 15G07 生产日期:201507	标称宽度:52mm 光面型 长度: 不小于 160mm	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	四川华盛医药有限公司	生产批号: 90001791 生产日期:2017 03	W52mm 光面	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	剑阁县康安药业有限公司	生产批号: GB0505	52mm±2mm 光面型 长度: ≥160mm	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	太极大药房稻城甘露堂药店	生产批号: 60206C1 生产日期:201602	光面型 52mm±2mm 长度≥160mm	稻城县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	天然胶乳橡胶避孕套	施梦(天津)乳胶有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产批号: 17G02 生产日期:201702	型号规格: 光面型 长度≥160mm, 标称宽度:52±2mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	攀枝花金利医药贸易有限公司	生产批号: 16064 生产日期:20160602	型号: 螺纹型 宽度: 52±2mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	天然胶乳橡胶避孕套	高平市丹阳橡胶制品有限公司	米易县好药房桥头店	生产批号: 16050642 生产日期:201605	非光面型(束腰型) 标称宽度 52mm±2mm; 长度≥160mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	攀枝花合鸿商贸有限公司	生产批号: 60950B1 生产日期:201609	光面型 平均宽度:52mm±2mm 长度: ≥160mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	四川易尔通药业有限公司	生产批号: SD16061 生产日期:2016.06	平滑型 平行边带储精囊 标称宽度: 52mm±2mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号: 16101TB 生产日期:2016/09	光面 52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	天然胶乳橡胶避孕套	施梦(天津)乳胶有限公司	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号: 161175 生产日期:201611	光面型 52±2mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号: 17014JLL 生产日期:2017/01	52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
99	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号: 16117JB 生产日期:2016/08	52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市江通药业有限公司	犍为县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 141102S 生产日期:20141122	颗粒+螺纹型 宽度:52±2mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	眉山市小海大药房连锁有限公司明星路店	生产批号: 1601S01 生产日期:20160128	光面型 52±2mm	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	眉山市东坡区祥和大药房	生产批号: 70324 生产日期:2017 03	螺纹型 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	安岳县芝林大药房	生产批号: 1000185846 生产日期:2016-12	标称宽度 52mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用便携式输注泵 非电驱动(21 批)							
1	一次性使用便携式输注泵	北京科联升华应用技术研究	遂宁市中医院	生产批号: 161113 生产日期:20161115	100-2 (CBI+PCA)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用便携式输注泵	北京科联升华应用技术研究	成飞医院	生产日期:170101	50-8/12 (CBI)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 161103003 生产日期:2016/11/30	CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	阿坝藏族羌族自治州人民医院	生产批号: 170201506 生产日期:2017/02/15	CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2/3/4/5ml/h	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	隆昌县中医医院	生产批号: 161200703 生产日期:2016/12/07	CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	富顺县人民医院	生产批号: 170300907 生产日期:2017/03/09	CBI+PCA 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h 标称自控给液量: 0.5ml 标称自控给液再充装时间: 15min	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
7	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	四川省广汉市医药开发有限公司	生产批号: 161101703 生产日期:2016/11/17	CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	广元市第三人民医院	生产批号: 161202302 生产日期:2016/12/23	CBI+PCA 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h 标称自控给液量: 0.5ml 标称自控给液再充装时间: 15min	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	通江县人民医院	生产批号: 161200804 生产日期:2016/12/08	CBI+PCA 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h 标称自控给液量: 0.5ml 标称自控给液再充装时间: 15min	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用输注泵	江苏华泰医疗器械有限公司	富顺县妇幼保健院	生产日期:20161108	持续给液(CBI) 充装容量: 110ml 标称容量: 100ml 标称流量: 2ml/h	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用输注泵	江苏华夏医疗器械有限公司	四川鹤鸣堂药业有限公司	生产日期:20170113	型号: CBI 标称容量: 100mL 标称流量: 2mL/h 残留量: ≤20%	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用输注泵	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	凉山彝族自治州中西医结合医院	生产批号: 批 161202 生产日期:20161202	型号: SZB-CBI+PCA 规格: 100mL 2.0mL/h 自控给液量: 0.5ml/次 自控给液再充装时间: 15min	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用输注泵	浙江伏尔特医疗器械股份有限公司	泸州市达康医疗器械有限公司	生产日期:170301	SZB-CZ 标称容量: 200mL 标称流量: 2.0mL/h 标称自控给液量: 0.5mL/次 标称自控给液再充装时间: 15分钟	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	一次性使用输注泵	河南医仁医疗器械有限公司	万源市中心医院	生产批号: 170206 生产日期:2017年02月12日	CBI+PCA 容量: 100ml 流量: 2ml/h 自控给液剂量: 0.5ml 自控给液间隔时间: 15min	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用输注泵	江苏阳普医疗科技有限公司	雅安市名山区中医医院	生产批号: 201609007 生产日期:20160928	CBI 持续给液 标称流量: 3ml/h 标称容量: 100ml	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用输注泵	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	遂宁市中心医院	生产批号: 04170309 生产日期:2017/03/04	BOT-802 (CBI+PCA) 标称容量: 100ml 标称流量: 2.0ml/hr 自控给液剂量: 0.5ml/次 自控给液再充装时间: 15分钟	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用输注泵	河南飘安集团有限公司	眉山市人民医院	生产日期:2016年12月1日	CBI+PCA 标称容量: 100ml 标称流量: 2.0ml/h	眉山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用输注泵	佛山特种医用导管有限责任公司	成都市妇女儿童中心医院	生产批号: 170315 生产日期:2017-03	持续自控加药式 充装容量: 100ml 标称流量: 2.0ml/h 标称容量: 95ml 自控给液量: 0.5ml 自控给液再充装时间: 15min	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用输注泵	上海德朗医疗设备有限公司	中国十九冶集团有限公司职工医院	生产批号: 20170302 生产日期:20170302	DL-S100-A 充装容量: 100mL 标称容量: 85mL 标称流量: 2.0mL/h 自控给药装置: 有 标称自控给液量: 0.5mL/次	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用输注泵	河南驼人医疗器械集团有限公司	武胜县烈面镇中心卫生院	生产批号: 151203109 生产日期:2015/12/31	CBI 标称容量: 100ml 标称流量: 2ml/h	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
21	一次性使用输注泵	Woo Young Medical Co., Ltd.	乐山市人民医院	生产批号:CDHLJ73 生产日期:2016年12月16日	COO20MD 容量: 100mL 流速: 2.0mL/h	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
医用电气设备类							
1	臂式电子血压计	深圳市优瑞恩科技有限公司	合江县欣辰药房连锁有限公司第9直营店	生产日期:2016/11/10 出厂编号: BFK070128 (序列号)	U80BH	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用电子体温计	北京康达五洲医疗器械中心	四川永正药房连锁有限公司合江县350直营店	生产日期:2015年11月10日(检验日期)(合格证上) 出厂编号: 20151101	KD3311	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	超声雾化器	江苏鱼跃医疗器械设备股份有限公司	四川省古蔺县康兴医药营销有限责任公司	生产批号: 16030205(批号) 生产日期:03/03/2016 出厂编号: 160303465(产品编号)	402AI	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	特定电磁波治疗仪	重庆蕙青医疗器械有限公司	四川容汇医药有限公司	生产日期:2015年11月22日 出厂编号: YQ151122323(产品编号)	CQ-10A	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	尿液分析仪	桂林市医疗电子仪器厂	四川景宏医疗器械有限公司	生产日期:20160918 出厂编号: 200B16736 (SN)	Uritest-200B	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	泸州市润和润达医疗器械有限公司康复器械分公司	生产日期:2017年04月 出厂编号: 17040014(出厂序号)	ZP-100D I A	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	电脑中频药物导入治疗仪	北京华医新技术研究所	泸州神龙科技开发有限责任公司	生产日期:2016-01-12 出厂编号: 03ACABG10531(产品编号)	HY-D 03A 型	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
8	特定电磁波治疗器	重庆中芝医用仪器有限公司	西昌市安宁中心卫生院	生产批号: 140415A (批号)(合格证上) 生产日期:2014-4-15 (日期)(合格证上) 出厂编号: 157(编码)(合格证上)	CQ-BS8(控制器前面板上)	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
9	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	泸沽铁矿职工医院	生产日期:2016.10.17 (生产日) 出厂编号: 20161014636LF	HEM-8611	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
10	压缩式雾化器	石家庄亚博医疗器械有限公司	西昌和平诊所	生产批号: 20170101 (生产批号) 生产日期:20170101	YBW-01	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
11	医用制氧机	武汉健康世家科技有限公司	西昌安可医疗器械有限责任公司	生产日期:2016年8月12日 出厂编号: 10160205 (机器编号)	JKF-3W 灯控	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
12	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	凉山州康源医疗器械有限责任公司	生产日期:2016年12月22日 出厂编号: 61612007097	HM/HW -L1	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
13	智能电子体温计	河南优德医疗设备股份有限公司	德昌县德州镇大坪村一卫生室	生产日期:20160915(合格证上)(检验日期)	YD-TF-2	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
14	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	乐至县多友医疗器械门市	生产日期:2015-12-11 (包装盒里面)	PG-2602A	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
15	电脑中频经络通治疗仪(商品名:数码多功能治疗仪)	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	资阳御君堂药品连锁有限公司乐至一分店	生产日期:2017年03月01日(制造日期) 出厂编号: 0161320(机身编码)	QX2001-A II型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
16	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	乐至县乐益保健用品店	生产日期:2016.10 出厂编号: 109331	CQ-10	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院
17	电子体温计	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	资阳御君堂药品连锁有限公司乐至一分店	生产批号: 201608 (生产批号)(外包装上)	T102	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品监督管理局检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
				生产日期:2016.08.30 (合格证上)			
18	臂式电子血压计	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	资阳御君堂药品连锁有限公司乐至一分店	生产日期:2016-09-26(合格证上) 出厂编号: B16I0036236(S/N)	2006-2(全自动)	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	安岳县万福医疗器械有限公司	生产批号: 15081801(批号) 生产日期:08/20/2015(出厂日期) 出厂编号: 150804848(产品编号)	403C	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	医用制氧机	江苏康尚医疗器械有限公司	资阳市雁江区永健医疗器械经营部	生产批号: 16051601(外包装上) 生产日期:2016.5.20 出厂编号: 160516010223(产品编号)	KSN-3M	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	四川博祥医药有限责任公司	生产批号: 16071401 生产日期:20160714 出厂编号: 1607092074(编号)	BP610W	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	泸定县同康大药房	生产日期:2017年3月(出厂日期) 出厂编号: 17036507	DZ-2B	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	医用电子体温计(软头)	深圳市爱立康医疗股份有限公司	泸定县同康大药房	生产批号: 20160901(生产批号) 生产日期:20160920(保护套上)	AET-E121	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	腕式全自动电子血压计	东莞市福达康实业有限公司	泸定县康贝大药房金成店	生产批号: 1607(生产批号) 生产日期:2016-07-01(合格证上)	FT-A11	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	电脑中频治疗仪	北京金豪商贸有限公司	甘孜藏族自治州卫生学校附属医院	出厂编号: 0120150529145847(机器编号)	J18A1	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	小型医用制氧机	佛山市凯亚医疗科技有限公司	甘孜州念青氧生阁医疗器械有限公司	生产日期:2016年4月13日 出厂编号: OC1604000832	ZY-3AC	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
27	腕式全自动电子血压计	东莞市福达康实业有限公司	康定市佳美大药房连锁有限公司	生产批号: 1702 (产品批号) 生产日期:2017-02-20 (合格证上)	FT-A11	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	制氧机	江苏双盛医疗器械有限公司	德阳万鑫达医疗器械有限公司	生产批号: 201610001 (合格证上) 生产日期:20161018 出厂编号: 161000049 (产品编号)	SS-3W	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	电脑中频治疗仪	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	德阳圣蓝医疗器械有限公司	生产日期:2016年11月24日 出厂编号: 16110197163 (产品编号)	XYZP- I B	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	德阳大中太极大药房连锁有限公司连锁 11 店	生产日期:2014.6.17 (出厂日期) (合格证上) 出厂编号: 145002 (机身标示) 14F0893 (铭牌标示)	HYS-659	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	绵竹市政盛老百姓大药房连锁有限公司春溢街分店	生产日期:2016-05-25(合格证上 检验日期) 出厂编号: 1605A04437 (编号)	BP610W	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	中江县老百姓大药房	生产日期:2015.10.07 (合格证上) 出厂编号: SN-1509046196(铭 牌上)	PG-2601B7	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川省广汉市吉昌药业有限公司	生产日期:2016.11 出厂编号: 126793	CQ-10	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	什邡市中医医院	生产批号: 16012204 (批号) 生产日期:01/22/2016 出厂编号: 160100919 (产品编号)	402AI	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	医用电子体温计	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	德阳大中太极大药房连锁有限公司连锁 8 店	生产批号: 15121103 (产品批号) (外包装上) 生产日期:20151211 (外包装上) 出厂编号: 样品 1:151202244 (SN) 样品 2:151202206 (SN) 样品 3:151203435 (SN)	TDB-2	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
36	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	武胜县飞龙中心卫生院 (武胜县飞龙医院)	生产批号: 1405601 (批号) 生产日期:05/06/2014 (出厂日期) 出厂编号: 140502596 (产品编号)	403C	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	压缩式雾化器	江西晶康宇医疗科技有限公司	武胜县烈面镇中心卫生院	生产日期:2016.10.10 出厂编号: 2016100085 (产品编号)	JKY-H-A02	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	电子血压计	松下电气机器(北京)有限公司	武胜县万隆中心卫生院	生产批号: 20161024 生产日期:20161024 出厂编号: 029039	EW-BW02	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	华蓥市人民医院	生产日期:2016.10.21 (生产日) 出厂编号: 20161029922LF	HEM-8611	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广安市广安区人民医院	生产日期:2015年09月02日 (合格证上的检验日期) 出厂编号: 150900305 (器号)	YE655B	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	广安市广安区人民医院	生产日期:2014.12.02 出厂编号: 1141201339	HM/TDP-L1	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	广安广泰医疗器械有限公司	生产日期:2017.3 出厂编号: 027243	CQ-29P	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	7F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川辉瑞医疗器械有限公司广安城北分公司	生产批号: 1612-0013 (外包装上) 生产日期:2016/12/30 出厂编号: 161201267 (产品编号)	7F-3D	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	腕式全自动电子血压计	东莞市好康电子科技有限公司	西昌东升大药房连锁有限责任公司	生产日期:2016-01-20 (合格证上检验日期) 出厂编号: 610AF04070003712 (SN)	HK-610	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
45	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	自贡瑞德祥药业有限公司	生产批号: A11618(产品批号) 生产日期:2016.6.02(检验日期)(合格证上)	DT-101A(产品型号)	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川省新力成药业有限公司	生产日期:2016.09.19(生产日) 出厂编号: 20160909156LF	HEM-8611	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	医用电子体温计(软头)	深圳市爱立康医疗股份有限公司	雅安市名山区瑞延堂大药房	生产批号: 16K20(生产批号)(保护套上) 生产日期:20161108(保护套上)	AET-E121	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	医用电子体温计	广州市金鑫宝电子有限公司	成都利民药业连锁有限公司天全店	生产日期:2014.7.15(检验日期)(合格证上) 出厂编号: 样品 1: C00140616629 样品 2: C00140616661 样品 3: C00140616685	DT001	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	手腕式全自动电子血压计	深圳市家康科技有限公司	汉源县拜欧大药房玉全堂加盟连锁店	生产日期:2016.5.30(合格证上出厂日期) 出厂编号: B16042800851(序列号)	BP168W	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	稻城县天盛医疗器械服务有限公司	生产日期:2017年5月(出厂日期) 出厂编号: 17053270	DZ-3W	稻城县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	医用电子体温计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	宜宾生力泰医药有限公司	生产日期:20151115(生产/检验日期)(合格证上) 出厂编号: 201511003(出厂编码)(合格证上)	YT308	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	兴文县老百姓大药房	生产日期:2016.10.29(生产日) 出厂编号: 20161035757LF	HEM-8611	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
53	特定电磁波治疗器	重庆润扬医疗器械有限责任公司	宜宾市星合益医疗用品有限责任公司	生产日期:2016年12月 出厂编号: 2861295252B (生产编号)	TDP-CQ-28	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	尿液分析仪	艾康生物技术(杭州)有限公司	宜宾腾博医疗设备有限公司	生产日期:2017-01 出厂编号: 197D0004C47(SN)	U120	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	HT-GM03AU医用型制氧机	江苏昊泰气体设备科技有限公司	宜宾众生医药有限公司	生产日期:16.6.4(日期) (合格证上) 出厂编号: 9912024(外包装上)	HT-GM03AU	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	压缩空气式雾化器	丹阳市恒宁医疗器械有限公司	宜宾旭良医用材料有限公司	生产批号: 15121201(批号) 生产日期:2015/12/12(出厂日期) 出厂编号: 151212010116 (产品编号)	602C	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	电脑中频电疗仪	北京天长福医疗设备制造有限公司	宜宾旭良医用材料有限公司	生产日期:2017年2月8日 出厂编号: 17011036(编号)	T99-AI	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	自贡市康安医疗器械销售中心	生产批号: 1704167(批号) 生产日期:2017年04月18日 出厂编号: 117045(编号)	CQJ-16B	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	电脑中频药物导入治疗仪	北京华医新技术研究所	自贡市宏达医疗器械有限公司	生产日期:2015-12-12 出厂编号: 154903A0302 (产品编号)	HY-D 03A 型	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	北京同仁堂内江药店有限公司	生产日期:2015.12.18(生产日) 出厂编号: 20151235842LF(序列号)	HEM-8102A	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
61	医用电子体温计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	北京同仁堂内江药店有限公司	生产日期:20151105(生产/检验日期)(合格证上) 出厂编号:201511001(出厂编码)(合格证上)	YT308	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	压缩空气式雾化器	江苏双盛医疗器械有限公司	四川省内江宇成医疗设备有限责任公司	生产日期:20160206(出厂日期) 出厂编号:160200099	SS-7B	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川省内江新世纪医疗器械化玻有限公司	生产日期:2016—06 出厂编号: D002L166062308(SN)	SDZ-II型	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川庆丰医疗器械有限公司	生产日期:2016.09.20 出厂编号:61609006006	HM/HW-L1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	医用制氧机	江苏康尚医疗器械有限公司	四川博源药业有限公司	生产批号:16081602(外包装上) 生产日期:2016.8.10 出厂编号:160816020254(产品编号)	KSN-3T	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	生产日期:2017年05月 出厂编号:17050695(出厂序号)	ZP-100D I A	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	生产日期:2017年05月 出厂编号:17050888(出厂序号)	ZP-100DIB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	医用分子筛制氧机	廊坊市方生医疗器械有限公司	成都康扬医疗器械有限公司	生产批号:3301160718(产品批号)(外包装上) 生产日期:20160718(外包装上) 出厂编号:20160718067	FSY-3B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	成都金同兴业科技有限公司	生产日期:2017.01.03(生产日) 出厂编号:20170100174LF	HEM-6221	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
70	电子血压计(智能臂式)	天津九安医疗电子股份有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司锦江区天涯石北街药店	出厂编号: 140011061355401 (产品编号)	KD-591	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	成都普生集大药房有限公司	生产批号: A11703(产品批号) 生产日期:2016.12.22(合格证上)(检验日期)	DT-101A(产品型号)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	数字式电子体温计	深圳市家康科技有限公司	四川山河水药业有限公司	生产日期:2015/10/15(外包装上) 出厂编号: 样品 1: M15091508968(LOT.NO) 样品 2: M15091508947(LOT.NO) 样品 3: M15091509069(LOT.NO)	MT-JC218	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	四川山河水药业有限公司	生产批号: 1701005(合格证上) 生产日期:20161228(合格证上) 出厂编号: 1701006309(编号)	BPCB0A-2F	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川广大医疗器械有限公司	生产批号: 1703-0010(外包装上) 生产日期:2017/03/27 出厂编号: 170300930(产品编号)	7F-3EW	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川广大医疗器械有限公司	生产批号: 1702-02(批号)(外包装上) 生产日期:2017/02/11 出厂编号: 1702022613 (产品编号)	402AI	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川依璐华医疗器械有限公司南津路店	生产日期:2016年11月 出厂编号: 16110354(出厂序号)	ZP-100DIA	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
77	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	四川依璐华医疗器械有限公司	生产批号: 161266(批号) 生产日期:2016年12月26日 出厂编号: 216039(编号)	HLH-2	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川佰顺医疗器械有限公司	生产日期:2016.12.14 出厂编号: 81612081089	TDP-T1	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	腕式电子血压计	深圳市攀高电子有限公司	四川众信堂医药贸易有限公司	生产批号: 201701035 (LOT) 生产日期:2016-11-18 出厂编号: SN-1701019007	PG-800A8	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川众信堂医药贸易有限公司	生产日期:2016年03月21日(生产检验日期)(合格证上) 出厂编号: 160301838(器号)	YE8700A	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	医用电子体温计	东莞建仪医疗电子有限公司	绵阳保康林大药房连锁有限责任公司	生产批号: D20160801(生产批号) 生产日期:20160822(外包装上)	DT-011	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	数字式电子体温计	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	四川民心医药贸易有限责任公司	生产批号: 201606(生产批号)(外包装上) 生产日期:20160613(外包装上) 出厂编号: 样品1: T1582965(生产编号) 样品2: T1582968(生产编号) 样品3: T1583024(生产编号)	BL-T900(产品型号)	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	医用气体雾化器	广东凯洋医疗科技集团有限公司	绵阳同安医疗器械有限公司	生产日期:2016-06-01 出厂编号: KY6372850	KYW1002(E)	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	压缩空气式雾化器	江苏登冠医疗器械有限公司	绵阳市康正医疗器械有限公司	生产批号: 20160508(生产批号) 生产日期:2016.05 出厂编号: 16051534(产	KQW-05型	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
				品编号)			
85	B型超声诊断仪	绵阳市先锋医疗器械有限公司	绵阳市先锋医疗器械有限公司	生产日期:2017.05 出厂编号:XF218-170637	XF218	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	全数字彩色多普勒超声诊断仪	绵阳麦迪克电子科技有限公司	绵阳麦迪克电子科技有限公司	生产日期:2017.04.20 出厂编号:T011704001	MDK-9900	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	多源治疗仪	成都鑫博浩科技有限公司	成都鑫博浩科技有限公司	生产日期:2016.12.22 出厂编号:NO:1701042 (机器编号)	MF-C96B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	医用气体雾化器	广东凯洋医疗科技集团有限公司	四川森辉医疗器械有限责任公司	生产日期:2016-04-07 出厂编号:KY6194031	KYW1002(E)	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产批号:16060804(批号) 生产日期:06/12/2016 出厂编号:160600203(产品编号)	402AI	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	全自动臂式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	雅安市壹安健康科技有限公司	生产日期:2015/12/04(外包装上) 出厂编号:1511015-0282(Lot)	BF1102	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	南充华正医疗器械有限公司	生产日期:2017.03.03 出厂编号:11703003057	TDP-L1	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	电子血压计(智能臂式)	天津九安医疗电子股份有限公司	南充市贝尔康大药房连锁有限公司第一百五十八店	出厂编号: 130762007194107(产品编号)	KD-5902	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	非接触式电子体温计	广州市金鑫宝电子有限公司	四川康福顺商贸有限公司	生产日期:2016.11.11 出厂编号: S/N:C99161004478(机身码)(外包装上)	JXB-189(外包装上)	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
94	医用压缩雾化器	内蒙古英华融泰高科技发展有限公司	蓬安县康健乐医疗器械有限公司	生产批号: 160525(生产批号)(合格证) 生产日期:2016.05.25 出厂编号: B2FA03W-03309(产品编码)	FA	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	电脑中频治疗仪	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	四川鑫盛医疗器械有限公司	生产日期:2016年9月17日 出厂编号: 16090096322(产品编号)	XYZP-IB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川佰蕊商贸有限公司	生产日期:2016.10.10 出厂编号: 81610002005	HM/HW-T1	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	南充市信宏泰大药房	生产日期:2015-11-10(合格证上出厂日期) 出厂编号: 1510073427(编号)	BP850W	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省南充药业(集团)有限公司医疗器械分公司	生产批号: 1608-01(批号) 生产日期:2016/08/16 出厂编号: 1608010693(产品编号)	402AI	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川艾博医疗器材有限公司	生产批号: 16090253(出厂序号) 生产日期:2016年09月	ZP-100D I A	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	医用分子筛制氧机	沈阳爱尔泰科技有限公司	眉山市康宏医疗器械有限公司	生产日期:2016-11-11 出厂编号: 4131611110421046	AE-3	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	誉康电子血压计	东莞誉康实业有限公司	眉山市康宏医疗器械有限公司	生产日期:2016-11-10(合格证上检定日期) 出厂编号: 166013532(合格证上)	BW-601	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
102	医用压缩雾化器	英华融泰医疗科技股份有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产批号: 170214 (生产批号)(合格证) 生产日期:2017.02.14 出厂编号: B2HA02J26W00991 (产品编码)	HA	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	眉山市东坡区鸿泰医疗器械经营部	生产日期:2017.02.23 出厂编号: 1702235422915	TDP-L-I-8A	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	尿液分析仪	桂林优利特医疗电子有限公司	四川省伦拿医疗设备有限公司	生产日期:2017-04 出厂编号:18038749(SN)	URIT-180	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	微波治疗仪	徐州市宝兴医疗设备有限公司	四川玉轩医疗器械有限公司	生产日期:1705 出厂编号:301705111(生产编号)	WB-3100 (AIII)	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
106	医用分子筛制氧机	江苏江航医疗设备有限公司	乐山新瑞医疗器械有限公司	生产日期:2017.05.06 出厂编号:1705020091 (产品编号)	ZH-A36W	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
107	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	乐山新瑞医疗器械有限公司	生产日期:2016年07月11日(生产/检验日期) 出厂编号:160714895(器号)	YE620A	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
108	医用气体雾化器	广东凯洋医疗科技集团有限公司	乐山市美凯能医疗器械有限公司	生产日期:2017-01-14 出厂编号:KY6939958	KYW1002(E)	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
109	腕式全自动电子血压计	东莞市福达康实业有限公司	乐山市佳宇商贸有限公司	生产批号:1702(产品批号) 生产日期:20170220	FT-A11	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
110	超声波雾化器	广东粤华医疗器械厂有限公司	乐山市康洁医疗器械有限公司	生产批号:17010324(产品批号) 生产日期:2017年3月 出厂编号:170105719(产品编号)(外包装上)	WH-2000	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
111	数字式电子体温计	东莞市欣绿医疗科技有限公司	乐山众康医疗器械有限公司	生产批号:N79864161(生产批号)(外包装上) 生产日期:2016.4.16(外包装上) 出厂编号: N79864161(SN)	N579	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
112	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	乐山鸿祺健商贸有限公司	生产批号:C11702(产品批号) 生产日期:2017.03.27(生产/检验日期)(合格证上)	DT-201A(产品型号)	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
113	医用电子体温计(软头)	深圳市爱立康医疗股份有限公司	成都宁丰堂大药房连锁有限公司郫县郫筒镇一里阳光街药店	生产批号:20161201(生产批号) 生产日期:20161228	AET-E121	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
114	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	成都宁丰堂大药房连锁有限公司郫县郫筒镇一里阳光街药店	生产日期:2016.04.21(生产日) 出厂编号:20160400118LG	HEM-7113	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
115	医用分子筛制氧机	欧姆龙(大连)有限公司	成都宸康医疗器械有限公司	生产日期:2016.11.01(生产日) 出厂编号: 3011161000047U(SN)	HAO-3011	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
116	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	成都宸康医疗器械有限公司	生产批号:1701155(批号) 生产日期:2017年01月17日 出厂编号:117041(编号)	CQJ-16B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
117	高频电离子手术治疗仪	成都维信电子科大新技术有限公司	成都维信电子科大新技术有限公司	生产日期:2017年06月 出厂编号:172517001	GDZ 9651B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
118	压缩式雾化器	欧姆龙(大连)有限公司	四川国驰医疗器械有限公司	生产日期:2015.11.30(生产日) 出厂编号: 20151104176UF(序列号)	NE-C900	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
119	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	渠县华邦医疗器械有限公司	生产日期:2016年10月 出厂编号:16100030(出厂序号)	ZP-100C II A	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
120	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产日期:2016.07.08(生产日) 出厂编号:20160622302LF	HEM-6111	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
121	红外线治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	达州市建华医疗器械有限公司	生产日期:2016.10 出厂编号:016220	CQ-61	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
122	7F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	达州市建华医疗器械有限公司	生产批号: 1607001-00630(外包装上) 生产日期:2016.07.30 出厂编号:160703149(产品编号)	7F-3B	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
123	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川民发药业有限公司	生产日期:2015年07月16日 (检验日期,合格证上) 出厂编号:150704101(器号)	YE8800C	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
124	医用分子筛制氧机	北京神鹿医疗器械有限公司	广元市老百姓大药房连锁有限责任公司旗舰店	生产日期:15年4月29日 出厂编号: 0153E0428110(产品编号)	SL-3E-310	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
125	特定电磁波治疗器	重庆博之翰科技有限公司	广元市利州区冀泰医疗器械经营部	生产日期:2017.04 出厂编号:7040304(生产编号)	OH-TJ	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
126	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广元市保利康医疗器械有限公司南河经营部	生产日期:2016年07月11日 (生产/检验日期)(合格证上) 出厂编号:160718341(器号)	YE655B	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
127	医用压缩式雾化器	东莞市健宝电子科技有限公司	广元德华保健食品有限责任公司	生产批号:150210(生产批号) 生产日期:2015.02.10 出厂编号:03-000046(产品流水编号)	CN-B-0201	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
128	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	广元市养颐堂大药房	生产批号: A11603(产品批号) 生产日期:2015.12.18(检验日期)(合格证上)	DT-101A(产品型号)	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
129	电子血压计(智能臂式)	天津九安医疗电子股份有限公司	通江县泰和药业连锁有限公司平溪分店	出厂编号: 150321042534104(产品编号)	KD-5902	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
130	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	通江县泰和药业连锁有限公司平溪分店	生产批号: A11608(产品批号) 生产日期:2016.1.26(检验日期)(合格证上)	DT-101A	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
131	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省儒龙医药有限公司	生产批号: 15092401(批号)(外包装上) 生产日期:09/25/2015(出厂日期) 出厂编号: 150914508(产品编号)	402AI	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
132	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	巴中市互通医疗器械有限公司	生产日期:2017.04 出厂编号: 039373	CQ-10	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
133	红外线治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	四川省红叶医疗卫生材料有限公司	生产日期:2016.05.30 出厂编号: 160527882(产品编号)	T-100A	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
134	9F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川一百年医疗器械有限公司第一分公司	生产批号: 1702-0027(外包装上) 生产日期:2017/02/23 出厂编号: 170202666(产品编号)	9F-3W	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
135	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	巴中市巴州区龙一连锁百信药房	生产日期:2015年03月17日(合格证上检验日期) 出厂编号: 150301684(器号)	YE655B	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
136	医用超声雾化器	深圳市康贝科技有限公司	四川省德盛堂健康器械连锁有限公司自贡自由路店	生产批号: 1703021 生产日期:20170407 出厂编号: SN:1703027649	PN100	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
137	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	自贡市光华医疗器械有限公司	生产日期:2016.06.07(生产日) 出厂编号: 20160601507LF	HEM-6111	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
138	压缩式雾化器	优盛医疗电子(上海)有限公司	四川省德盛堂健康医械连锁有限公司自贡欧姆龙专卖店	生产日期:165 出厂编号: SN:165P03001762(序列号)	NB60	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
139	手臂式全自动电子血压计	深圳市家康科技有限公司	自贡市鸿福兴老百姓大药房有限公司檀木林店	生产日期:2016年3月18日 出厂编号: B16020500623(序列号)	BP389A	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
140	膝关节磁疗仪	四川尚健创唯医疗设备有限责任公司	四川尚健创唯医疗设备有限责任公司	生产日期:2016年11月20日 出厂编号: SJG-III16110009	SJG-III	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
141	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	四川太极大药房连锁有限公司高新区府城大道西段药房	生产日期:2016-11-30(合格证上) 出厂编号: 491603070(序列号)	BP3A90	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
142	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川太极大药房连锁有限公司高新区府城大道西段药房	生产日期:2016.10.18 出厂编号: 1610183015215	TDP-T-I-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
143	医用电子体温计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司武侯区一环路南三段药店	生产日期:20150615(生产/检验日期)(合格证上) 出厂编号: 201506003(出厂编码)(合格证上)	YT308	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
144	HL8 系列上臂式电子血压计	合泰医疗电子(苏州)有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司武侯区一环路南三段药店	生产日期:2016.04.14(合格证上检验日期) 出厂编号: 897671604000439(序号)	HL888AA	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
145	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川太极大药房连锁有限公司武侯区浆洗街药店	生产日期:2017.02.27 出厂编号: 1702273027285	TDP-T-I-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
146	非接触式红外体温计	广州市金鑫宝电子有限公司	成都兴开源工贸有限公司	生产日期:2017.03.31(外包装上) 出厂编号: S/N:C00170229931	JXB-178	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
147	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	金川县人民医院	生产日期:2016.08.13(生产日期) 出厂编号: 20160811134LF	HEM-6111	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
148	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	茂县中医院	生产日期:2017.02.18 出厂编号: 11702004132	TDP-L1	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
149	非接触式电子体温计	广州市番禺金鑫宝电子有限公司	松潘县人民医院	生产日期:20130717(外包装上) 出厂编号: C00130448127(S/N)	JXB-178	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
150	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	红原县人民医院	生产批号: 1704024(批号) 生产日期:2017年04月05日 出厂编号: 117118(编号)	CQJ-16B	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
151	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	红原县人民医院	生产批号: 1212001(批号) 生产日期:12/24/2012(出厂日期) 出厂编号: 121208883(产品编号)	402AI	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
152	医用分子筛制氧机	欧姆龙(大连)有限公司	马尔康市医药公司	生产日期:2016.09.05(生产日期) 出厂编号: SN: 3011160800086U	HAO-3011	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
153	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	阿坝州宏景医药连锁有限责任公司	生产批号: A11610(产品批号) 生产日期:2016.2.25(合格证上)(检验日期)	DT-101A	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
154	智能血糖仪	三诺生物传感股份有限公司	四川省喜悦健康药房连锁有限责任公司高新区紫荆药店	生产日期:20160614(外包装上) 出厂编号: D165V1H7907(SN)	语音型	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
155	血糖仪	三诺生物传感股份有限公司	高新区九生堂药店	生产日期:2016/08/13(外包装上) 出厂编号: SN: 1BG7D1R7741	安稳型	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
156	医用电子体温计	东莞建仪医疗电子有限公司	眉山市眉州药房连锁有限公司	生产批号: D20170106 生产日期:20170106(外包装上)	DT-011	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
157	非接触式电子体温计	广州市金鑫宝电子有限公司	达州市康源医疗器械有限公司	生产日期:2016.06.17(外包装上) 出厂编号: S/N:C00160643451	JXB-183	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
158	医用电子体温计	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	四川世民百姓大药房有限公司	生产批号: 17030001(外包装上) 生产日期:20170306(外包装上) 出厂编号: 样品 1:170306244(SN) 样品 2:170305703(SN) 样品 3:170306850(SN)	TDB-5	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
159	压缩式雾化器	江苏富林医疗设备有限公司	四川世民百姓大药房有限公司	生产日期:20170302 出厂编号: D03020282304 (产品器号)	W004	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
160	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	成都永幸和医贸有限公司文庙经营部	生产日期:2017.04(出厂日期) 出厂编号: 1217040015(产品出厂编号)	CQX-12T	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
161	9F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	成都永幸和医贸有限公司文庙经营部	生产批号: 1703-00077 (外包装上) 生产日期:2017/03/31 出厂编号: 170307665(产品编号)	9F-3W	成都市青羊区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
162	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	米易县好药房尚品国际店	生产批号: A11610(产品批号) 生产日期:2016.2.25(检验日期)(合格证上)	DT-101A(产品型号)	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
163	HL1系列手腕式电子血压计	合泰医疗电子(苏州)有限公司	攀枝花花众生开明医药有限公司	生产日期:2014.04.28(检验日期)(合格证上) 出厂编号: 897671405004027(序列号)	HL168L-J	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
164	手腕式全自动电子血压计	亿泰健康产品有限公司	攀枝花市华山老百姓大药房良友店	生产批号: M150324 生产日期:2015.4.30(出厂日期)(合格证上)	BP188W	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
165	电子体温计	广东天际电器股份有限公司	攀枝花市华山老百姓大药房良友店	生产批号: A11702(产品批号) 生产日期:2016.12.08(合格证上)(检验日期)	DT-101A	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
166	医用分子筛制氧机	北京神鹿医疗器械有限公司	攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司	生产日期:12年3月1日(制造日期) 出厂编号: K13123020	SL-03	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
167	压缩空气式雾化器	江苏康恩宁医疗器械有限公司	攀枝花市友帮医疗器械有限公司	生产批号: 1703001(批号) 生产日期:2017/03/25(出厂日期) 出厂编号: 17030017(产品编号)	405D-1	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
168	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	攀枝花市康汇医疗器械有限公司华山店	生产日期:2015-09-25 (合格证上) 出厂编号:A02819(铭牌) 13B004(主机标志)	HYS-222	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
169	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产日期:2016.04.23 出厂编号:3160401085	TDP-L3A	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
170	医用分子筛制氧机	沈阳爱尔泰科技有限公司	自流井区康源医疗器械经营部	生产日期:2017年02月20日 (出厂日期) 出厂编号:2131702200521005	AM-3	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
171	医用分子筛制氧机	沈阳爱尔泰科技有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2017年02月20日(出厂日期) 出厂编号:2131702200521017	AM-3	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

附件 2

医疗器械不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产日期/出厂编号	规格/型号	检品来源	不合格项目	检测机构
一次性使用输液器（带针）（1批）								
1	一次性使用输液器带针	江苏治宇医疗器械有限公司	四川方贞药业有限公司	生产日期： 20160308	ZY-1 0.7mm	德阳市食品药品监督管理局	6.8 滴斗与滴管	四川省食品药品检验检测院
天然胶乳橡胶避孕套（3批）								
1	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	仪陇县浩航医疗器械有限公司	生产批号： 201611L 生产日期： 201611	标称宽度： 52±2mm 长度：≥160mm 类型：非光面	南充市食品药品监督管理局	6.1 未处理的避孕套； 8 针孔（漏水试验）	四川省食品药品检验检测院
2	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	四川射洪华通药业有限责任公司	生产批号：15117 生产日期：20151102	宽度 52±2mm 颗粒+螺纹型	遂宁市食品药品监督管理局	6.1 未处理的避孕套	四川省食品药品检验检测院
3	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司	四川省昶宏医药有限责任公司	生产批号： 20170102 生产日期： 2017 01	类型：浮点型 标称宽度： 52±2mm 长度：160mm	内江市食品药品监督管理局	8 针孔（漏水试验）	四川省食品药品检验检测院
一次性使用便携式输注泵 非电驱动（3批）								
1	一次性使用输注泵	江苏华泰医疗器械有限公司	宜宾市星合益医疗用品有限责任公司	生产日期：20170302	持续给液（CBI） 标称容量 100ml 标称流量 2ml/h 充装容量 110ml	宜宾市食品药品监督管理局	4.5.6 紫外吸光度	四川省食品药品检验检测院

2	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	德阳第五医院	生产批号: 170201803 生产日期: 2017/02/18	CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h	德阳市食品药品监督管理局	4.5.6 紫外吸光度	四川省食品药品 检验检测院
3	一次性使用输注泵	扬州市双菱医疗器械有限公司	绵阳华信医疗器械有限责任公司	生产日期: 2016年09月16日	自控(CBI+PCA) 型 标称流量: 2ml/h 标称容量: 100ml	绵阳市食品药品监督管理局	4.3.2 接头	四川省食品药品 检验检测院
医用电气类 (13 批)								
1	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	西昌老百姓大药房	生产日期: 2015.9.25 (合格证上) 出厂编号: CUM16050005(机身标识) A54882(铭牌标识)	HYS-339	凉山彝族自治州 食品药品监督管理局	50 工作数据的准确性	四川省食品药品 检验检测院
2	压缩式雾化器	江西晶康宇医疗科技有限公司	泸定县同康大药房	生产日期:2016.07.21(出厂日期) 出厂编号:2016071472(产品编号)	JKY-H-A12	甘孜藏族自治州 食品药品监督管理局	7 输入功率	四川省食品药品 检验检测院
3	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	四川省内江中康医贸有限公司	生产日期:2016.06.18 出厂编号:160603810(产品编号)	CQG-12A	内江市食品药品 监督管理局	6.1 设备或设备部件的外部标记	四川省食品药品 检验检测院
4	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川省内江新世纪医疗器械化玻有限公司	生产日期:2015.9.25 (合格证上) 出厂编号:CUM16060008 (机身标识) A59916 (铭牌标识)	HYS-339	内江市食品药品 监督管理局	50 工作数据的准确性	四川省食品药品 检验检测院
5	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	江油市华盛康医疗器械经营部	生产日期:2016.10(出厂日期) 出厂编号:2316100118(产品出厂编号)	CQX-23D	绵阳市食品药品 监督管理局	15 电压和(或)能量的限制	四川省食品药品 检验检测院

6	医用分子筛制氧机	上海欧亮医疗器械有限公司	四川互邦医疗器械有限公司	生产批号: 1-1605-233(生产批号)(外包装上) 生产日期: 20160701(外包装上) 出厂编号: 1604-341(机器编号)(铭牌上) 1-1605-233(产品编号)(合格证上)	OLO-1	南充市食品药品监督管理局	7 输入功率	四川省食品药品检验检测院
7	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	乐山市美凯能医疗器械有限公司	生产日期:2015-09-25(合格证上) 出厂编号:CUM16100006(机身标识) A73996(铭牌标识)	HYS-339	乐山市食品药品监督管理局	50 工作数据的准确性	四川省食品药品检验检测院
8	多源治疗仪	成都鑫博浩科技有限公司	成都鑫博浩科技有限公司	生产日期: 2017.5.26 出厂编号:NO:1706013(机器编号)	MF-C02B	成都市食品药品监督管理局	24 正常使用时的稳定性	四川省食品药品检验检测院
9	红外线治疗仪	重庆蜀轩医疗器械有限公司	达州市瑞诚医疗器械有限公司	生产日期: 2016.05 出厂编号:1016050104(产品生产编号)	CQX-10H	达州市食品药品监督管理局	15 电压和(或)能量的限制	四川省食品药品检验检测院
10	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	达州市瑞诚医疗器械有限公司	生产日期: 2016.03(出厂日期) 出厂编号:2816030158(产品出厂编号)	CQX-28D	达州市食品药品监督管理局	15 电压和(或)能量的限制	四川省食品药品检验检测院
11	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	广元市锦康商贸有限公司	生产日期: 2015-09-25(合格证上) 出厂编号:CUM17020005(机身标识) A58946(铭牌标识)	HYS-339	广元市食品药品监督管理局	50 工作数据的准确性	四川省食品药品检验检测院

12	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	巴中市互通医疗器械有限公司	生产日期:2015-09-25 (合格证上) 出厂编号:CUM16110002 (机身标识) A75789 (铭牌标识)	HYS-339	巴中市食品药品监督管理局	50 工作数据的准确性	四川省食品药品检验检测院
13	等离子体手术系统	成都美创医疗科技股份有限公司	成都美创医疗科技股份有限公司	生产日期:2017年06月 出厂编号:PLA1701053	PLA-700	成都市食品药品监督管理局	6.8.3 技术说明书: 51.101	四川省食品药品检验检测院